

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135325-2013 z dnia 2013-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej, w tym laboratoryjnej, analitycznej oraz do analizy DNA (zwanej dalej urządzeniami) spełniającej parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Zestawieniu...

Termin składania ofert: 2013-07-16

Numer ogłoszenia: 143635 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135325 - 2013 data 05.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Raławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 528 88 88, fax. 81 528 89 18.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.07.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 07 (Kancelaria Ogólna)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 12:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 07 (Kancelaria Ogólna)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej, w tym laboratoryjnej, analitycznej oraz do analizy DNA (zwanej dalej urządzeniami) spełniającej parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określonych w sześciu zadaniach (ofertach częściowych) następująco: Zadanie nr 1 1.1. Dostawa aparatury laboratoryjnej: a) Tabletkarka rotacyjna, 1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Tabletkarka, Zadanie nr 2 1.3. Dostawa aparatury laboratoryjnej: b) Wytrząsarka do analizy sitowej proszków i granulatów z sitami, 1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Wytrząsarka do analizy sitowej proszków i granulatów z sitami, Zadanie nr 3 1.5. Dostawa aparatury laboratoryjnej: c) Twardościomierz, 1.6 Wspólny Słownik Zamówień

(CPV): 38.50.00.00 - 0- Twardościomierz. Zadanie nr 4 1.7 Dostawa aparatury analitycznej: d) Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji, 1.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji, Zadanie nr 5 1.9 Dostawa aparatury analitycznej: e) Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym 1.10 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00 - 2 - Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym, Zadanie nr 6 1.11. Dostawa aparatu do analizy DNA Real - time PCR z zestawem do archiwizacji 1.12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.00.00- 8 - aparat Real- time PCR z zestawem do archiwizacji. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (urządzeń): 2. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2012 roku. 3. Oferowane urządzenia i oprogramowanie w zadaniu 6 muszą być ze sobą kompatybilne w celu zapewnienia bezkonfliktowego współdziałania oraz spójnej obsługi serwisowej. 4. Montaż obejmuje: rozpakowanie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania według zasad określonych w pkt 6 i przekazanie do użytku. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji na urządzenia, części urządzeń i elementy zużywalne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, z tym że w zakresie zadania 6 w odniesieniu do przenośnego urządzeniem (pozycja 29 załącznika nr 5) oraz stacji sterującej z oprogramowaniem (pozycja 35 załącznika nr 5) okres gwarancji winien wynosić 36 miesięcy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące szkolenia w określonych zadaniach: 6.1 Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia laboratoryjnego z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 1): a) Po dostarczeniu urządzenia odbędzie się 2 dniowe szkolenie (2 dni po h 6) b) W szkoleniu weźmie udział min. 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego; c) Szkolenie odbędzie się miejscu instalacji sprzętu; 6.2 Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia, aparatu do analizy DNA Real - time PCR z zestawem do archiwizacji z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 6): a) Po dostarczeniu urządzenia odbędzie się 2 dniowe szkolenie (2 dni po h 6) b) W szkoleniu weźmie udział min. 5 wyznaczonych pracowników Zamawiającego; c) Szkolenie odbędzie się miejscu instalacji sprzętu; 6.2 Szkolenie dotyczące obsługi urządzeń z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 2, 3, 4, 5) 7. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej: a) wykonania 1 przeglądu technicznego (koszt przeglądu winien być wliczony w cenę oferty) w 23 miesiącu gwarancji. Wykonanie przeglądu wpisane zostanie do paszportu technicznego urządzenia; b) zobowiązania ze strony Wykonawcy do podjęcia czynności naprawy w ciągu maksymalnie 2 dni od daty zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną; c) zobowiązania ze strony Wykonawcy, usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 14 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego

terminu, na wniosek Wykonawcy, wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin umowy nie jest możliwy do dotrzymania; 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne: 1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane w SIWZ. 3. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego...

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej, w tym laboratoryjnej, analitycznej oraz do analizy DNA (zwanej dalej urządzeniami) spełniającej parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po zamianie, określonych w sześciu zadaniach (ofertach częściowych) następująco: Zadanie nr 1 1.1. Dostawa aparatury laboratoryjnej: a) Tabletkarka rotacyjna, 1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Tabletkarka, Zadanie nr 2 1.3. Dostawa aparatury laboratoryjnej: b) Wyrzaskarka do analizy sitowej proszków i granulatów z sitami, 1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Wyrzaskarka do analizy sitowej proszków i granulatów z sitami, Zadanie nr 3 1.5. Dostawa aparatury laboratoryjnej: c) Twardościomierz, 1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00 - 0 - Twardościomierz. Zadanie nr 4 1.7 Dostawa aparatury analitycznej: d) Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji, 1.8 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00 - 2 - Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji, Zadanie nr 5 1.9 Dostawa aparatury analitycznej: e) Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym 1.10 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.94.34.00 - 2 - Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym, Zadanie nr 6 1.11. Dostawa aparatu do analizy DNA Real - time PCR z zestawem do archiwizacji 1.12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.00.00- 8 - aparat Real- time PCR z zestawem do archiwizacji. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (urządzeń): 2. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2012 roku. 3. Oferowane urządzenia i oprogramowanie w zadaniu 6 muszą być ze sobą kompatybilne w celu zapewnienia bezkonfliktowego współdziałania oraz spójnej obsługi serwisowej. 4. Montaż obejmuje: rozpakowanie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie

wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania według zasad określonych w pkt 6 i przekazanie do użytku. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji na urządzenia, części urządzeń i elementy zużywalne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, z tym że w zakresie zadania 6 w odniesieniu do przenośnego urządzeniem (pozycja 29 załącznika nr 5 po zmianie) oraz stacji sterującej z oprogramowaniem (pozycja 35 załącznika nr 5 po zmianie) okres gwarancji winien wynosić 36 miesięcy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące szkolenia w określonych zadaniach: 6.1 Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia laboratoryjnego z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 1): a) Po dostarczeniu urządzenia odbędzie się 2 dniowe szkolenie (2 dni po h 6) b) W szkoleniu weźmie udział min. 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego; c) Szkolenie odbędzie się miejscu instalacji sprzętu; 6.2 Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia, aparatu do analizy DNA Real - time PCR z zestawem do archiwizacji z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 6): a) Po dostarczeniu urządzenia odbędzie się 2 dniowe szkolenie (2 dni po h 6) b) W szkoleniu weźmie udział min. 5 wyznaczonych pracowników Zamawiającego; c) Szkolenie odbędzie się miejscu instalacji sprzętu; 6.2 Szkolenie dotyczące obsługi urządzeń z zakresu standardowej obsługi i bezpieczeństwa użytkowania (dotyczy zadania nr 2, 3, 4, 5) 7. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej: a) wykonania 1 przeglądu technicznego (koszt przeglądu winien być wliczony w cenę oferty) w 23 miesiącu gwarancji. Wykonanie przeglądu wpisane zostanie do paszportu technicznego urządzenia; b) zobowiązania ze strony Wykonawcy do podjęcia czynności naprawy w ciągu maksymalnie 2 dni od daty zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną; c) zobowiązania ze strony Wykonawcy, usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 14 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, na wniosek Wykonawcy, wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania; 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne: 1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w której zaoferowane parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub nie gorsze niż wskazane w SIWZ. 3. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy, funkcjonalności, przeznaczenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia i służyć ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) B)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia odpowiadał: 1.1. Dyrektywom i normom unijnym dotyczącym bezpieczeństwa elektromagnetycznego dotyczy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wymagających podłączenia do zasilania z sieci energetycznej i opisanych w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych - załączniku nr 5 do SIWZ w następujących pozycjach: a) Zadanie nr 1: Tabletkarka rotacyjna b) Zadanie nr 3: Twardościomierz c) Zadanie nr 4: Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji d) Zadanie nr 5: Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym e) Zadanie nr 6 Aparat do analizy DNA Real z zestawem do archiwizacji 2. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie będzie odpowiadało wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 1, w ofercie należy złożyć: 2.1. Dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne) potwierdzające, że oferowane urządzenia wymienione w pkt. 1.1 części B) niniejszego rozdziału odpowiadają normom i dyrektywom określonym w pkt 1.1. części B) niniejszego rozdziału..

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) B) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia odpowiadał: 1.1. Dyrektywom i normom unijnym dotyczącym bezpieczeństwa elektromagnetycznego dotyczy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wymagających podłączenia do zasilania z sieci energetycznej i opisanych w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych - załączniku nr 5 do SIWZ po zmianach w następujących pozycjach: a) Zadanie nr 1: Tabletkarka rotacyjna b) Zadanie nr 3: Twardościomierz c) Zadanie nr 4: Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji d) Zadanie nr 5: Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym e) Zadanie nr 6 Aparat do analizy DNA Real z zestawem do archiwizacji 2. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie będzie odpowiadało wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 1, w ofercie należy złożyć: 2.1. Dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne) potwierdzające, że oferowane urządzenia wymienione w pkt. 1.1 części B) niniejszego rozdziału odpowiadają normom i dyrektywom określonym w pkt 1.1. części B) niniejszego rozdziału..