



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 81 528-89-67 FAX: 81 528-89-54

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-68/13

Lublin, dnia 22.10.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopów dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; ogłoszenie o zamówieniu 214693-2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) (dalej ustawa Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodnie z projektem „nowe podejście do zamówień publicznych” Urzędu Zamówień Publicznych oraz w celu zachowania uczciwej konkurencji, podzieli postępowanie na dwie części i dopuści składanie ofert częściowych?

- a) mikroskop optyczny projekcyjny z kamerą cyfrową i systemem do archiwizacji obrazów,
- b) mikroskopy studenckie – 13 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne i spełniające wymogi SIWZ mikroskop o parametrach:

Mikroskopy studenckie – 13 szt.

1. STATYW

- a. konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia konserwacji,
- b. mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną
- c. wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika

2. OPTYKA

- a. mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności
- b. uniwersalna długość optyczna obiektów 45 mm

3. OŚWIETLENIE

- a. wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy 20W, dostęp do żarówki od spodu mikroskopu zabezpieczony przed niepożądanym wymontowaniem
- b. regulator natężenia światła

4. NASADKA OKULAROWA

- a. nasadka binokularowa o kącie nachylenia 30 stopni
 - b. z możliwością obrotu o 360 stopni
 - c. z regulowanym rozstawem okularów w zakresie 50-75 mm
 - d. wbudowana w okularach korekcja dioptryjna z regulacją w zakresie +/- 5 dioptrii
5. OKULARY
- a. okulary o powiększeniu 10x i numerze pola 20
 - b. wyposażone w zwijane osłonki gumowe
 - c. zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami
 - d. okulary z uszczelnieniem antybakteryjnym
6. UCHWYT REWOLWEROWY
- a. wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 5 obiektywów
7. STOLIK MECHANICZNY
- a. z zabudowanym rolkowo-zębatkowym mechanizmem przesuwu preparatów
 - b. z pokrętkiem po prawej stronie, z nienależnym przesuwem preparatu w obu osiach, ze skalą wskazań o dokładności 0,1 mm
 - c. wymiary 180x140 mm
 - d. zakres przesuwu stolika 55x80 mm
8. KONDENSOR
- a. kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości
 - b. wbudowana regulowana przesłona aperturowa
 - c. fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów
9. Filtr światła dziennego
10. OBIEKTYWY plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o uniwersalnej długości optycznej 45 mm, o powiększeniach/aperturze/odległości roboczej WD
- a. 4x/0,10/WD 25,2 mm
 - b. 10/0,25/WD 7,0 mm
 - c. 40x/0,65/WD 0,6 mm
 - d. 100x/1,25/WD 0,16 mm
11. UMOŻLIWIAJĄCE ROZBUDOWĘ W PRZYSZŁOŚCI O:
- a. wyposażenie do cyfrowej rejestracji badań z wykorzystaniem dodatkowego toru wizyjnego
 - b. wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym
 - c. przystawkę fluorescencyjną
12. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, 2 żarówki halogenowe, pojemnik olejem immersyjnym 8mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdy produkt zgodny z SIWZ.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek