

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIwersytet MEDYCZNY w LUBLINIE

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 48 (81) 528-88-70 Fax: 48 (81) 528-89-27

Fax: 48 (81) 528-89-18

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kancierz tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kancierza tel. 48 (81) 528-88-47

Z-ca Kancierza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44

UM-ZP-262-10/14

Lublin, dnia 15.05.2014 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do mycia i sterylizacji oraz prysznica powietrznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”; ogłoszenie o zamówieniu 2014/S 073-125616; data opublikowania: 12.04.2014

- I. Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), (dalej ustawa Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania 1

(dot. SIWZ / Warunki udziału w postępowaniu pkt. X/ 3.1) Czy zamawiający dopuści referencje na sterylizator o wymaganej pojemności 750-870 litrów ale dla komory o wysokości poniżej 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ rozdz. X. ust. 3 cyt.: „Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 ppkt. 1÷4 zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia, że spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

3.1 Dla zadania 1: wykażą się należytych wykonaniem co najmniej **jednej głównej dostawy sterylizatora parowego przelotowego o pojemności komory co najmniej 700 litrów, o wartości minimum 250 000 zł brutto każda dostawa** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;.”

Pytanie 2:

Dotyczy zadania 1

Czy w opisie konfiguracji dla sterylizatora małego/pkt. 11 nie doszło o oczywistej omyłki w podanym zakresie temperatur sterylizacji 105°C-350°C? Dla sterylizatorów dużych zakres temperatur sterylizacji wynosi 105°C-135°C.

Odpowiedź:

W ww. punkcie nastąpiła omyłka pisarska. Winno być: Zakres temperatur sterylizacji: co najmniej 105°C ÷ 135°C

Pytanie 3:

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dysponuje w miejscu instalacji mediami o parametrach odpowiednich do zasilania sterylizatorów parowych?

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w miejscu instalacji dysponuje mediami o parametrach:

1. *zasilanie elektryczne: sterylizator duży 66kW (x2), sterylizator mały 38kW;*
2. *Parametry zmiękczacza:*
 - *przepływ nominalny przy zmięszczaniu do 0,1d – 8m³/h*
 - *przepływ maksymalny – 10 m³/h*
3. *Demineralizator zapewni wodę w ilości minimum Q= 3,6 m³/h*
4. *Zamontowano dwie sprężarki:*
 - *Airpol SR5 : Wydajność 36m³/h, moc 5,5 KW, nadciśnienie 8 bar*
 - *Airpol SR2: wydajność 14,4m³/h, moc 2,2KW, nadciśnienie 8 bar*
5. *Wykonane są odpływy dla każdego sterylizatora o średnicy większej od 60mm.*

Pytanie 4:

Dotyczy zadania 1

W związku z dużą elektryczną mocą przyłączeniową i ryzykiem powstania dużych spadków napięcia – czy Zamawiający wymaga połączenia sterylizatorów w system zarządzania poborem energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Każdy sterylizator posiada oddzielny obwód zasilający i zabezpieczony jest wkładką bezpiecznikową o wartości 125A. Praca sterylizatorów będzie odbywała się w następującym harmonogramie:

- Tryb dzienny: praca jednego sterylizatora (66 KW)+ zmywarka regałowa (70 KW)
- Tryb nocny: praca dwóch sterylizatorów (2x66 KW)

Instalacja zasilająca jest do tego przystosowana przez Wykonawcę robót budowlanych (poprzez układ styczników). Trzeci sterylizator (38 KW) jest rezerwowym i będzie wykorzystywany w przypadku uszkodzenia któregoś ze sterylizatorów podstawowych.

Pytanie 5:

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuszcza inne wykonania panelu sterującego (inny układ menu i funkcji) dla dużych i małego sterylizatorów? Sterylizatory ze względu na inną wysokość komory posiadają różną konstrukcję.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednakże wymaga jednolitego systemu sterowania i obsługi.

Pytanie 6:

Dotyczy zadania 1

Czy w związku, że dla zadania 1-go Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe czynności w postaci kwalifikacji (walidacji) instalacyjnej i operacyjnej (IQ, OQ) – Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji o 2 tygodnie?

Wykonanie walidacji IQ, OQ dla 3 urządzeń jest bardzo czasochłonne

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia dla Zadania 1 do 104 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści prysznic powietrzny o wymiarach: 1390 x 1228 x 2750 (h) mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści prysznic powietrzny wykonany ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Kolor będzie ustalony na etapie realizacji umowy.

Pytanie 9:

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czy Zamawiający dopuści prysznic powietrzny, którego komora jest wykonana ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Kolor będzie ustalony na etapie realizacji umowy.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści prysznic powietrzny z recyrkulacją 100%, która gwarantuje dużo lepsze efekty oczyszczenia personelu oraz przedmiotów, które przechodzą przez prysznic?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prysznica powietrznego z recyrkulacją 100%.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający może sprecyzować w jakiej odległości od dysz prędkość powietrza ma wynosić powyżej 20 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności powstrzymywania alergenów prysznica powietrznego certyfikatem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia skuteczności powstrzymywania alergenów prysznica powietrznego certyfikatem.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści służę podawczą malowaną na inne kolory?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza inne kolory, jednakże muszą być one zbliżone do koloru białego lub szarego.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści klamki i zawiasy innego rodzaju, które zapewniają taką samą funkcjonalność?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 15:

Dotyczy zadania 1

Prosimy o odpowiedź : czy przyjmiecie Państwo ofertę na sterylizatory parowe ze stawką VAT 8% ? Informujemy jednocześnie, że sprzedawane przez nas sterylizatory są certyfikowane również jako urządzenia medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ nie określa (nie narzuca) stawki VAT. Zgodnie z SIWZ rozdz. XVI. ust. 4 cyt.: „Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.”

Zamawiający przyjmie ofertę zgodną z oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

Zamawiane urządzenia będą wykorzystywane w działalności naukowo - badawczej.

Pytanie 16:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający, żeby zmywarka regałowa była przystosowana do pracy w zwierzętarni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zmywarki wyspecyfikowanej w SIWZ.

Zamawiane urządzenia będą wykorzystywane w działalności naukowo - badawczej.

Pytanie 17:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby zmywarka posiadała certyfikat świadczący o jakości zmywarki np. AK KAB?

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający może wyjaśnić, czy myjnia ma być wyposażona w 3 pompy dozujące: zasada, kwas oraz neutralizującą, która może być też wykorzystana do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby myjnia była wyposażona w 3 pompy dozujące: zasada, kwas oraz neutralizująca, która może być też wykorzystana do dezynfekcji.

Pytanie 19:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby myjnia była wyposażona we własny filtr, kontrolowany przez czujnik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga żeby myjnia była wyposażona we własny filtr, kontrolowany przez czujnik.

Pytanie 20:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby całe okablowanie miało stopień ochrony IP55?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, żeby całe okablowanie miało stopień ochrony IP55.

Pytanie 21:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wymaga, żeby dysze rozpryskowe były wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, żeby dysze rozpryskowe były wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 22:

Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający dopuści prysznic powietrzny o wymiarach wewnętrznych 900 x 1128 x 2060?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści generator nadtlenu wodoru sterowany mikroprocesorowo ale bez panelu dotykowego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 24:

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści generator nadtlenu wodoru bez przystawki do sterylizacji w pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 25:

Dotyczy zadania 1

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy tzw. „duży”–

L.p. 3

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego wysokość komory jest zgodna z wymaganiami SIWZ lecz objętość komory wynosi 1370 litrów. Wymiary proponowanej komory wynoszą (szer. x wys. x gł.) – 67 x 145 x 135 cm. Głębokość zabudowy proponowanego urządzenia wynosi 171 cm.

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie umożliwia zabudowę wszystkich trzech sterylizatorów w jednej linii.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26:

Dotyczy zadania 1

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy tzw. „mały” –

L.p. 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego wysokość komory jest zgodna z wymaganiami SIWZ lecz objętość komory wynosi 827 litrów. Wymiary proponowanej komory wynoszą (szer. x wys. x gł.) – 66 x 92 x 135 cm.

Głębokość zabudowy proponowanego urządzenia wynosi 171 cm.

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie umożliwia zabudowę wszystkich trzech sterylizatorów w jednej linii.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27:

Dotyczy zadania 1

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy tzw. „duży” oraz sterylizator parowy przelotowy tzw. „mały” – **L.p. 12**

Prosimy o dopuszczenie lokalizacji wytwornicy pary w przestrzeni technicznej sterylizatora. Proponowane rozwiązanie zawiera zabudowę przestrzeni serwisowej sterylizatora, w której umieszczona jest wytwornica pary wykonaną ze stali kwasoodpornej.

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie nie jest gorsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 28:

Dotyczy zadania 1

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy tzw. „duży” oraz sterylizator parowy przelotowy tzw. „mały” – **L.p. 24**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w zewnętrzny system archiwizujący (stanowisko komputerowe) na okres nie mniejszy niż 3 lata następujące dane:

- raport z pracy,
- raport z błędów,
- bieżące parametry pracy sterylizatora

Proponowane rozwiązanie zawiera kompletne stanowisko komputerowe – wspólne dla wszystkich trzech sterylizatorów.

Dane dotyczące osoby logującej się do sterylizatora są widoczne na wydruku parametrów procesu.

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie jest nie gorsze od wymogów SIWZ ponieważ umożliwia przechowywanie w wersji elektronicznej przez dowolnie długi okres czasu danych dotyczących pracy sterylizatorów. Kolorowa drukarka laserowa będąca na wyposażeniu stanowiska umożliwia wydruk wybranych raportów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 29:

Dotyczy zadania 1

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy **tzw. „duży”** oraz sterylizator parowy przelotowy **tzw. „mały”** – **L.p. 26**

Prosimy o wykreślenie ww. punktu gdyż jest to charakterystyczny parametr oferowany TYLKO w sterylizatorach innego Wykonawcy.

Uzasadnienie:

Wymagana funkcja nie znajduje zastosowania dla operatora urządzenia.

Wymaganie indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych, nie mających wpływu na efekt pracy urządzenia przeczy zasadom uczciwej konkurencji.

Tak sformułowane zapisy SIWZ ograniczają możliwość przedstawienia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie ww. punktu na: „Zamawiający wymaga aby urządzenie umożliwiałoby użytkownikowi dokonanie samodzielnego zdiagnozowania usterki”.

Pytanie 30:

Dotyczy zadania 1

Dot. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych - sterylizator parowy przelotowy **tzw. „duży”** oraz sterylizator parowy przelotowy **tzw. „mały”** – **L.p. 28**

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia GAMP-5 w miejsce wymaganego potwierdzenia zgodności z EN285.

Uzasadnienie:

Wymagane potwierdzenie z EN285 dotyczy sterylizatorów do zastosowań medycznych.

Przedmiotem postępowania są sterylizatory o innym przeznaczeniu niż sterylizacja wyrobów medycznych.

Potwierdzenie GAMP-5 jest odpowiednie dla przedmiotu postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zamawiane urządzenia będą wykorzystywane w działalności naukowo - badawczej.

Pytanie 31:

Dotyczy zadania 1

Dot. SIWZ, punkt IX – Termin wykonania zamówienia, zadanie 1.

Prosimy o dopuszczenie wydłużonego terminu wykonania zamówienia do 25 tygodni, przy jednoczesnym zobowiązaniu do pełnego uczestnictwa w koordynacji prac przygotowawczych miejsca instalacji urządzeń.

Uzasadnienie:

W treści SIWZ Zamawiający sam przewiduje poważną możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Proponowane zobowiązanie do uczestnictwa w koordynacji prac przygotowawczych miejsca instalacji zapewni

prawidłowe przygotowanie niezbędnych przyłączy oraz skróci czas niezbędny do montażu i uruchomienia urządzeń.

Ze względu na skomplikowaną konstrukcję, urządzenia będące przedmiotem postępowania są produkowane na indywidualne zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 tj. 104 dni..

Pytanie 32:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw duży o pojemności 760 litrów o wysokości komory 71cm, jest to najwyższa komora z drzwiami otwieranymi w pionie które zapewnią mniej potrzebnego miejsca na instalację i niższe koszty eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga urządzenia (sterylizatorów parowych) medycznego z certyfikatem zgodnym z dyrektywą MDD 93/42/EWG posiadającego preferencyjną stawkę podatku Vat czy

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

urządzenia laboratoryjnego nie będącego wyrobem medycznym nie posiadającego deklaracji dla wyrobów medycznych i nie wpisanego do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zamawiane urządzenia będą wykorzystywane w działalności naukowo - badawczej.

Odnosnie stawki VAT, zgodnie z SIWZ rozdz. XVI. ust. 4 cyt.: „Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.”

Pytanie 34:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu diagnostyka pkt26 opis sterylizatora dużego i małego zamawiający wymaga możliwości podglądu w ekranie serwisowym listy podzespołów wraz z informacją o ich aktualnym statusie pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 35:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający wymaga aby sterylizatory posiadały programy do sterylizacji płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach czyli z systemem chłodzenia w nadciśnieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby sterylizatory posiadały programy do sterylizacji płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach czyli z systemem chłodzenia w nadciśnieniu.

Pytanie 36:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie połączenia w których przebywa para były wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wszystkie połączenia, w których przebywa para, były wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 37:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający wymaga aby komora i drzwi wykonane były ze stali nie gorszej niż 316L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał płaszcz grzewczy ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39:

Dotyczy zadania 1 - Sterylizator przelotowy tzw. Duży

Czy zamawiający wymaga aby uszczelka drzwi była dociskana parą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga urządzenia (sterylizatorów parowych) medycznego z certyfikatem zgodnym z dyrektywą MDD 93/42/EWG posiadającego preferencyjną stawkę podatku Vat czy

Umowa nr **POPW.01.03.00-06-004/12-01**

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

urządzenia laboratoryjnego nie będącego wyrobem medycznym nie posiadającego deklaracji dla wyrobów medycznych i nie wpisanego do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zamawiane urządzenia będą wykorzystywane w działalności naukowo - badawczej.

Odnosnie stawki VAT, zgodnie z SIWZ rozdz. XVI. ust. 4 cyt.: „Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.”

Pytanie 41:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu diagnostyka pkt26 opis sterylizatora dużego i małego zamawiający wymaga możliwości podglądu w ekranie serwisowym listy podzespołów wraz z informacją o ich aktualnym statusie pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 42:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Czy zamawiający wymaga aby sterylizatory posiadały programy do sterylizacji płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach czyli z systemem chłodzenia w nadciśnieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby sterylizatory posiadały programy do sterylizacji płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach czyli z systemem chłodzenia w nadciśnieniu.

Pytanie 43:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie połączenia w których przebywa para były wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby wszystkie połączenia, w których przebywa para, były wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 44:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Czy zamawiający wymaga aby komora i drzwi wykonane były ze stali nie gorszej niż 316L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał płaszcz grzewczy ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46:

Dotyczy zadania 1- Sterylizator przelotowy tzw. Mały

Czy zamawiający wymaga aby uszczelka drzwi była dociskana parą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47:

Dotyczy zadania 2 p. 1 – myjnia regałowa duża przelotowa

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z referencjami potwierdzającymi minimum dwie dostawy obejmujące swoim zakresem myjnie przelotowe do mycia pojemników medycznych/sterylizacyjnych o wartości łącznej minimum

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.500.000 zł brutto w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert? Zaoferowane w tych dostawach myjnie pod względem konstrukcyjnym są tożsame z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ rozdz. X. ust. 3 cyt.: „Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 ppkt. 1+4 zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia, że spełniają warunki udziału, o których mowa w **art. 22 ust. 1 Pzp**:

(...)

3.2 Dla zadania 2: wykazą się należytych wykonaniem co najmniej **jednej głównej dostawy myjni regałowej przelotowej, o wartości minimum 500 000 zł brutto każda dostawa** (słownie: pięćset tysięcy złotych) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,”

Pytanie 48:

Dotyczy zadania 2 p. 1 – myjnia regałowa duża przelotowa

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do dekontaminacji wsadu w myjni nadtlenkiem wodoru posiadało skuteczność co najmniej sterylizacji powierzchniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby minimalna skuteczność zaoferowanego generatora nadtlenku wodoru, była na poziomie odkażania powierzchniowego.

Pytanie 49:

Dotyczy zadania 2 p. 1 – myjnia regałowa duża przelotowa

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do dekontaminacji wsadu w myjni nadtlenkiem wodoru posiadało system zabezpieczający przed użyciem niewłaściwych środków do procesu sterylizacji zapewniający bezpieczeństwo użytkowników?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50:

Dotyczy zadania 1- sterylizator parowy przelotowy tzw duży

Czy zamawiający dopuści autoklaw z komorą o wysokości 91 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- a) W Załączniku nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia w opisie Konfiguracji sprzętowej i wyposażeniowej 1 sterylizatora parowego przelotowego tzw. małego, punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: Zakres temperatur sterylizacji: co najmniej 105°C ÷ 135°C;
- b) Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia dla zadania 1 i w konsekwencji czego w rozdziale IX. SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: Zadanie 1: do 104 dni od daty zawarcia umowy;
- c) W Załączniku nr 4 – Warunki umowy w §3 ustęp 3 tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: Zadanie 1: do 104 dni od daty zawarcia umowy;
- d) W rozdziale XV SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert – pkt. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem.”

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-01

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta na dostawę urządzeń do mycia i sterylizacji oraz prysznic powietrznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”

Nr sprawy: UM-ZP-262-10/14

- nie otwierać przed 09.06.2014 r. przed godz. 10.00

- e) W rozdziale XVIII SIWZ – Miejsce oraz termin składania ofert – następujące punkty otrzymują następujące brzmienie:

w pkt. 1:

„1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie.”

do dnia	09.06.2014 roku	do godz.	09:30
----------------	------------------------	-----------------	--------------

w pkt. 3:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Raławickie 1, pokój nr 306.”

w dniu	09.06.2014 roku	o godz.	10:00
---------------	------------------------	----------------	--------------

- f) W Załączniku nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia w opisie Konfiguracji sprzętowej i wyposażeniowej 2 sterylizatorów parowych przelotowych tzw. Dużych oraz w opisie Konfiguracji sprzętowej i wyposażeniowej 1 sterylizatora parowego przelotowego tzw. małego, punkt 26 otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający wymaga aby urządzenie umożliwiała użytkownikowi dokonanie samodzielnego zdiagnozowania usterki;

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku zał. nr 6 do SIWZ – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę urządzeń do mycia i sterylizacji oraz prysznic powietrznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” (nr sprawy UM-ZP-262-10/14).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczak

