



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 48 (81) 528-88-70 Fax: 48 (81) 528-89-27

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz

tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 528-88-44



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

L.dz. UM-ZP-262-22/14

Lublin, dnia 30.05.2014 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem; ogłoszenie o zamówieniu 2014/S 072-123710; data opublikowania: 11.04.2014

- I. Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), (dalej ustawa Pzp) odpowiada na następujące zapytania:

dot. pkt 33 Załącznika nr 6 FORMULARZ ASORTYMENTOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH pkt b)

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI	SKALA OCENY
33.	a) Konsola operatorska wyposażona w co najmniej dwa monitory cyfrowe o przekątnej ekranu co najmniej 19" lub b) konsola operatorska jednomonitorowa wraz z dodatkową stacją podglądową umiejscowioną w pomieszczeniu sterowni umożliwiającą	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty

	przeglądanie obrazów z tomografu komputerowego posiadającą co najmniej funkcjonalności określone w pkt 42.			
--	--	--	--	--

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską jednomonitorową wraz z dodatkową stacją podglądową umiejscowioną w pomieszczeniu sterowni, umożliwiającą przeglądanie obrazów z tomografu komputerowego, posiadającą co najmniej funkcjonalności takie jak: pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, prezentacje CINE, modyfikację obrazu (negatyw, obrót, odbicie lustrzane, powiększenie, dodawanie i subtrakcja obrazów), reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej.

Pozwala to również na większy zakres funkcjonalności której nie będzie posiadała operatorska stacja dwumonitorowa opisana w pkt a).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu wizualizacji MIP, SSD i VRT na konsoli operatorskiej i diagnostycznej, zgodnie z pkt. 36 i 42 SIWZ. Zamawiający wprowadza następującą zmianę do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 6 do SIWZ „Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia” wiersz 33 otrzymuje brzmienie:

33.	a) Konsola operatorska wyposażona w co najmniej dwa monitory cyfrowe o przekątnej ekranu co najmniej 19" lub b) konsola operatorska jednomonitorowa wraz z dodatkową stacją podglądową umiejscowioną w pomieszczeniu sterowni, umożliwiającą przeglądanie obrazów z tomografu komputerowego, posiadającą co najmniej funkcjonalności takie jak: pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, prezentacje CINE, modyfikację obrazu (negatyw, obrót, odbicie lustrzane, powiększenie, dodawanie i subtrakcja obrazów), reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej, przy zachowaniu wizualizacji MIP, SSD i VRT na konsoli operatorskiej i diagnostycznej, zgodnie z pkt. 36 i 42 SIWZ	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty
-----	---	-------------------	--	-------------------

II. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treści SIWZ następująco:

1. Rozdział XV pkt. 13 „*Opis sposobu przygotowania oferty*” otrzymuje brzmienie:

„14. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem:

Oferta na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem

Nr sprawy: UM-ZP-262-22/14

- nie otwierać przed 24.06.2014 r. przed godz. 12.00

2. Rozdział XVIII „ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

Pkt 1

Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj.: w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	24.06.2014 roku	do godz.	11⁰⁰
----------------	------------------------	-----------------	------------------------

Pkt.3

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 306

w dniu	24.06.2014 roku	o godz.	12⁰⁰
---------------	------------------------	----------------	------------------------

3. W załączniku nr 4 do SIWZ Warunki umowy w §4 usunięty zostaje ust. 10:

~~"10. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu, Wykonawca może sporządzić jednostronny protokół odbioru."~~

III. Zamawiający przesługuje następujące terminy:

- termin składania ofert – na dzień 24.06.2014 do godz. 11:00
- termin otwarcia ofert – na dzień 24.06.2014 o godz. 12:00
- termin wniesienia wadium – na dzień 24.06.2014 do godz. 11:00


UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku zał. nr 6 do SIWZ – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

Ileokroć w dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem. jest mowa o: „Załączniku nr 4 – Warunki umowy” do SIWZ, „Załączniku nr 6 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ należy rozumieć przez to odpowiednio „Załącznik nr 4 – Warunki umowy” do SIWZ po zmianach oraz „Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ po zmianach.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem (nr sprawy UM-ZP-262-22/14).

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.



KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek