

Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIwersytet MEDYCZNY w LUBLINIE

20-059 Lublin, al. Raclawickie 1

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik tel. 48 (81) 528-88-67

Zastępca Kierownika tel. 48 (81) 528-89-62

pozostałe nr tel. 48 (81) 528-88-70, 528-89-71, 528-89-54, 528-89-67, 528-88-32

Fax: 48 (81) 528-89-27, 528-89-70

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

UM-ZP-262-80/14

Lublin, dnia 14.11.2014 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie na dostawę tomografu komputerowego z wyposażeniem ujętego w projekcie pn.: „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 201-354609; data opublikowania: 18.10.2014

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień SIWZ na następujące zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dot. załącznika nr 6 do SIWZ par 6 pkt a), wzór umowy

Wnosimy o wykreślenie pkt a), ponieważ zamówienie jest składane w formie ryczałtu i Wykonawca na własne ryzyko i koszt szacuje koszt oferty, w związku z powyższym taki zapis nie ma zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 2:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W związku z nieprzejrystą graficzną szatą załącznika nr 2 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia (słowo „TAK”) w kolumnie „oferowane parametry/ warunki” przy warunkach

Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

koniecznych, w których jest skreślenie" ? Obecnie nie ma miejsca na potwierdzenie (ponieważ jest skreślenie).

Prosimy również o wyjaśnienie, odnośnie parametrów punktowanych.

W kolumnie, „Warunek”, przy parametrach punktowanych odnośnie konsoli lekarskiej pojawia się wymóg „Warunek konieczny (proszę podać)” oraz są dwie możliwości spełnienia wymogu: „Istnieje” i „nie istnieje”. Takie zapisy są niejasne, ponieważ umożliwiają wpisanie odpowiedzi „Istnieje” w sytuacji, kiedy system posiada daną opcję, ale nie została ona zaoferowana. Wykonawca dostanie wtedy punkty, mimo, że de facto nie zaoferuje opcji. Oferty będą nieporównywalne.

Prosimy o zmianę zapisów na „zaoferowano” „nie zaoferowano” zamiast „Istnieje” „nie istnieje”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 7 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” nie wymaga dodatkowego potwierdzenia spełniania danego parametru w kolumnie „oferowane parametry/ warunki” przy warunkach koniecznych, w których jest skreślenie („X”). W miejscach do tego wskazanych Zamawiający wymaga szczegółowego podania informacji dotyczącej danego parametru w oferowanym aparacie.

Zamawiający wyjaśnia, że parametrach punktowanych posiadających skalę ocen: „istnieje” i „nie istnieje” Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia dotyczącego konkretnego tomografu, który zostanie zaoferowany Zamawiającemu. Jeżeli oferowane urządzenie nie posiada danego parametru Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wpisu „nie istnieje”, co zostanie ocenione zgodnie ze skalą ocen podaną w załączniku nr 7 do SIWZ (kolumna „skala ocen”), nie będąc traktowanym przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku koniecznego, skutkującego odrzuceniem oferty.

Treść pytania nr 3:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów przez Producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 4:

Dot. załącznika nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
-----	--------------------	---------	------------------------------------	-------------



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:

35.	Konsola operatorska wyposażona w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu co najmniej 21" lub dwa monitory cyfrowe o przekątnej ekranu co najmniej 19"	Warunek konieczny (proszę podać ilość i rodzaj)		Odrzucenie oferty
-----	---	--	--	-------------------

Czy Zamawiający dopuści konsolę operatorską wyposażoną w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu 19".

Pozostawienie zapisu w formie jakiej istnieje obecnie pozbawi nas możliwości złożenia ważnej oferty i znacznie ograniczy konkurencję w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli operatorskiej wymaganej w pkt 35 załącznika nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wyposażonej w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu 19" jedynie przy zaoferowaniu równocześnie w pkt 40 załącznika nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” konsoli lekarskiej wyposażonej w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu 29".

Treść pytania nr 5:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
<u>Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:</u>				



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

45.	Oprogramowanie zainstalowane w konsoli lekarskiej, posiadające co najmniej funkcjonalności: • MIP (Maximum Intensity Projection); • SSD (Surface Shaded Display); • VRT (Volume Rendering Technique); • Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej; • Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości • Prezentacje CINE • Modyfikacje obrazu (negatyw, obrót, odbicie lustrzane, powiększenie, dodawanie i subtrakcja obrazów); • Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego)	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty
-----	--	-------------------	--	-------------------

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym funkcjonalności odnośnie dodawania i subtrakcji obrazów są dostępne na konsoli operatorskiej. Powyższa zmiana w żadne sposób nie ograniczy funkcjonalności w oferowanym systemie tomografii komputerowej.

Pozostawienie zapisu w formie jakiej istnieje obecnie pozbawi nas możliwości złożenia konkurencyjnej oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację funkcji dodawania i subtrakcji obrazów za pośrednictwem konsoli operatorskiej.

Treść pytania nr 6:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
-----	--------------------	---------	------------------------------------	-------------



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, **Działanie** I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:

51	Specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane w konsoli operatorskiej i/lub lekarskie: wspomaganie oceny złamań żeber (opcja unfolding) oraz automatyczna numeracja żeber i trzonów kręgów	Warunek konieczny (proszę podać)		Istnieje = 5 pkt; Nie istnieje = 0 pkt
----	---	---	--	---

Prosimy o potwierdzenie że nie jest to warunek konieczny (graniczny) tylko punktowany (opcjonalny). Powyższy zapis nie jest jednoznaczny oraz pozycja w powyższej tabeli nie zawiera miejsca na odpowiedź „Istnieje” lub „Nie istnieje”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w parametrach punktowanych posiadających skalę ocen: „istnieje” i „nie istnieje” Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia dotyczącego konkretnego tomografu, który zostanie zaoferowany Zamawiającemu. Wobec czego zaoferowanie danego wyposażenia ww. aparatu potwierdzone powinno być słowem „istnieje”. Jeżeli oferowane urządzenie nie posiada danego parametru Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wpisu „nie istnieje”, co zostanie ocenione zgodnie ze skalą ocen podaną w załączniku nr 7 do SIWZ (kolumna „skala ocen”), nie będąc traktowanym przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku koniecznego, skutkującego odrzuceniem oferty.

Treść pytania nr 7:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:				
56	Specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane w konsoli operatorskiej i/lub lekarskie: oprogramowanie i zestaw akcesoriów do densytometrii co najmniej kręgosłupa lędźwiowego	Warunek konieczny (proszę podać)		Istnieje = 5 pkt; Nie istnieje = 0 pkt

Prosimy o potwierdzenie że nie jest to warunek konieczny (graniczny) tylko punktowany (opcjonalny). Powyższy zapis nie jest jednoznaczny ponadto pozycja w powyższej tabeli nie zawiera miejsca na odpowiedź „Istnieje” lub „Nie istnieje”.



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź:

Odpowiedź Zamawiającego tożsama jak do pytania nr 6.

Treść pytania nr 8:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
<u>Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:</u>				
57.	Konsole operatorska i lekarska wyposażone w 2 monitory cyfrowe o przekątnej ekranu co najmniej 19" umożliwiające jednocześnie wyświetlanie różnych skanów na każdym z monitorów	Warunek konieczny (proszę podać)		Istnieje = 5 pkt; Nie istnieje = 0 pkt

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga pełnej funkcjonalności interfejsu konsoli operatorskiej.

Rozwiązanie proponowane przez naszą firmę posiada intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs wyświetlany na jednym monitorze, dlatego prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania, które jest zoptymalizowane i co najmniej niegorsze niż proponowane

Czy Zamawiający dopuści konsolę lekarską i operatorską jednomonitorowe, z monitorami o przekątnych 29" (konsola lekarska) oraz 19" (konsola operatorska)?

Pozostawienie zapisu w formie jakiej istnieje obecnie pozbawi nas możliwości złożenia ważnej oferty i znacznie ograniczy konkurencję w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, dopuszcza zaoferowanie konsoli operatorskiej wymaganej w pkt 35 załącznika nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wyposażonej w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu 19" jedynie przy zaoferowaniu równocześnie w pkt 40 załącznika nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” konsoli lekarskiej wyposażonej w jeden monitor cyfrowy o przekątnej ekranu 29".

Treść pytania nr 9:

Dot. załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biorąc pod uwagę wygodę pracy, proponujemy wprowadzenie dodatkowej pozycji punktowanej:



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:				
	Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) w cm, mierzone od podłoża	Warunek konieczny (proszę podać)		≤ 40 cm – 5 pkt ≥ 40 cm - 0 Pkt

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 10:

Dot. załącznika nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biorąc pod uwagę wygodę pracy, proponujemy wprowadzenie dodatkowej pozycji punktowanej:

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
Konfiguracja sprzętowa i wyposażeniowa tomografu komputerowego przeznaczonego do działalności naukowo-badawczej, jak poniżej:				
	Liczba dostępnych pól skanowania min. 2 [N]	Warunek konieczny (proszę podać)		> 2 - 5 Pkt = 2 – 0Pkt

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 11:

Dotyczy zapisów SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 5 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Czy z uwagi na to, że globalne koncerny mają w swoich grupach kapitałowych po kilkaset podmiotów (nawet do 1000 i więcej) a złożenie listy zgodnej z Państwa wymaganiami tj. przepisywanie jej do tabeli wraz z



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

adresami powoduje znaczne utrudnienia (wydłużenie czasu przygotowania oferty o 2--3 dni), to uprzejmie prosimy o możliwość załączenia do Państwa załącznika, własnej listy podmiotów należących do grupy kapitałowej bez potrzeby jej przepisywania. Pragniemy dodać, że proponowane przez nas rozwiązanie jest również zgodne z brzmieniem przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż artykuł ten wymaga jedynie złożenia listy podmiotów należących do grupy kapitałowej bez potrzeby uszczegółowienia tej listy adresami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ) zgodnie z pkt 4 roz. XI SIWZ został przeznaczony do ewentualnego wykorzystania dla Wykonawcy, nie zaś obowiązkowego.

Jednakże należy zaznaczyć, że lista powinna zawierać dane, które w wystarczający sposób pozwalają na identyfikację podmiotu, a więc nazwy i siedziby wykonawców, wchodzących w skład grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (tak wyrok KIO z dnia 30 kwietnia 2013 r., KIO 874/13).

Treść pytania nr 12:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 9 na poniższy zapis?

W celu doprecyzowania warunków umowy prosimy o dopisanie do §4 ust.9 „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 13:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust.5 na poniższy zapis?

„Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwota należnego wynagrodzenia.”

Uzasadnienie:

Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść pytania nr 14:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy w celu doprecyzowania warunków Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §7 poniższego zapisu?

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne“

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 15:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy w celu doprecyzowania warunków Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §7 poniższego zapisu?

„ Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.“

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 16:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czy w celu doprecyzowania warunków Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §7 poniższego zapisu?

„Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, że prawo to nie obejmuje odstąpienia od umowy.”

Uzasadnienie:

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojnią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojnią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 17:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy w celu doprecyzowania warunków Umowy w §7 Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie dni roboczych dotyczących czasu reakcji serwisu oraz naprawy rozumianych jak poniżej:

„Przez dni robocze na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający w celu dookreślenia czasu podjęcia czynności (serwisowych) oraz maksymalnego czasu usunięcia awarii opisanych w pkt. 74 i 75 zał. 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” nadaje przedmiotowym punktowym następującą treść:

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
-----	--------------------	---------	------------------------------------	-------------



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogólne warunki gwarancji, serwisu i szkolenia				
74.	W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności w ciągu maksymalnie 72 godzin od czasu zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty
75.	Maksymalny czas usunięcia awarii ustala się na 7 dni licząc od daty zgłoszenia, przy czym w sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, wskazując przyczyny z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania.	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty

Treść pytania nr 18:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §8 ust. 1 pkt. 1.1. lit. a do c słowa „**opóźnienie**” na „**zwłokę**”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 19:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 1 pkt. 1.2. na poniższy zapis?

„*W razie opóźnień w płatności Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej*”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 20:

Dotyczy zapisów SIWZ – załącznika nr 6 Warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §7 kolejnego ustępu o poniższym zapisie?

„*Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią*”



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom"

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 21:

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP; - w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni łącze internetowe poprzez tunel VPN o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP.

Treść pytania nr 22:

Prosimy o informację dotyczącą danych istotnych danych instalacyjnych dla oferowanego aparatu:

- Czy przewód zaprojektowany do zasilenia aparatu będzie wystarczający do podłączenia aparatu o mocy maksymalnej 75kVA?

- Czy w pomieszczeniu badań zaprojektowana klimatyzacja będzie w stanie zbilansować wydatek cieplny aparatu na poziomie 6,7kW?

Prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za dostosowanie wyżej wymienionych instalacji, jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione?



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla zamawianego tomografu przewidziano zasilenie przewodem YKY 5x50 z zabezpieczeniem 80A oraz, że w pomieszczeniu w którym będzie się znajdował tomograf przewidziano klimatyzator o mocy 8kW.

Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli oferowane urządzenie wymaga innych niż powyższe parametrów konieczne dostosowanie powinno zostać ujęte w cenie oferty.

Zamawiający dodatkowo informuje, że wysokość pomieszczenia przewidzianego dla zamawianego tomografu wynosi 2 m 45 cm.

Treść pytania nr 23:

Jaka jest odległość od miejsca przyłączenia przewodu zasilającego tomograf komputerowy od pracowni tomografii i jaka jest trasa jego prowadzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odległość pomiędzy rozdzielnią główną a pracownią wynosi ok. 48 m, przewód jest prowadzony w korycie kablowym w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym.

Treść pytania nr 24:

Prosimy o informację, czy w pomieszczeniu tomografu są wykonane osłony stałe przed promieniowaniem zgodnie z projektem osłon stałych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy osłony nie są wykonane. Wykonanie osłon znajduje się w zakresie robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. Przewiduje się wykonanie projektu i realizację osłon po wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu.

Treść pytania nr 25:

Prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za wykonanie wyżej wymienionego projektu oraz osłon, jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że samodzielnie wykona projekt osłon stałych i wykona je we własnym zakresie.

Treść pytania nr 26:

Dotyczy punktów 13, 29 Załącznika nr 7 „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający dwukrotnie nieproporcjonalnie wysoko punktuje ten sam parametr techniczny tomografu tzn. zakres skanowania. Zarówno „Zakres ruchomości stołu w osi Z” jak również „Zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) zależą od konstrukcji stołu i określając jeden i ten sam parametr, mianowicie długość skanowania. Takie dwukrotne (wysokie – 30 pkt) punktowanie daje nieproporcjonalnie dużą przewagę tylko jednemu rozwiązaniu technologicznemu. Z całej punktacji, która wynosi 75 pkt, aż 30 pkt uzyska system, którego zakres skanowania jest większy od konkurencyjnych rozwiązań. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie punktacji parametru nr 29 do poziomu punktacji pozostałych parametrów czyli 5 pkt.? Nawet po takiej zmianie system o najdłuższym zakresie skanowania uzyska aż 15 pkt. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Przytoczone parametry mają kluczowe znaczenie dla Zamawiającego (co podkreśla wartość punktacji) ze względu na charakter planowanych badań, których bardzo dużą część stanowią będą ofiary wypadków komunikacyjnych (pod kątem odtwarzania mechanizmów obrażeń i rekonstrukcji okoliczności zdarzenia), a ponadto badania identyfikacyjne szczątków o nieustalonej tożsamości (nieukierunkowana ocena cech antropometrycznych, poszukiwanie ciał obcych itp.). Zadania te wymagają skanowania całego ciała bez zmiany jego ustawienia, w związku z czym, odmiennie niż w protokołach badań klinicznych, brak jest możliwości wstępnego zawężenia zakresu badania do selektywnie wybranych okolic. Dlatego dla Zamawiającego przedmiotowe parametry nie są tożsame, gdyż określają różne funkcjonalności istotne z punktu widzenia specyfiki planowanych badań (jak najdłuższy przeglądowy topogram oraz możliwość wykonania jak najdłuższego skanu). Dodatkowo, jak największy zakres ruchomości stołu w osi Z jest bardzo istotny w odniesieniu do planowanych innych zastosowań diagnostycznych (konwencjonalna radiografia, zapewnienie dostępu podczas preparatyki w trakcie badań angiograficznych) bez konieczności przenoszenia badanego obiektu (i ryzyka zmiany topografii ocenianych szczątków).

Treść pytania nr 27:

Dotyczy punktu 57 Załącznika nr 7 „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”

Oferowany przez nas system tomografii komputerowej posiada dwumonitorową konsolę operatorską oraz dwumonitorową konsolę lekarską. Z uwagi na sposób sterowania tomografem przez konsolę operatorską, jeden monitor służy wyłącznie sterowaniu akwizycją, a drugi monitor pokazuje zarówno obrazy w czasie rzeczywistym jak i obrazy z bazy danych. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne gdyż pozwala na pełne wykorzystanie jednego monitora do wyświetlania obrazów nawet podczas procesu akwizycji danych. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego parametru na następujący:

„Konsole operatorska i lekarska wyposażone w 2 monitory cyfrowe każda o przekątnej ekranu co najmniej 19” umożliwiające jednocześnie wyświetlanie różnych skanów na obu monitorach konsoli lekarskiej i różnej informacji na obu monitorach konsoli operatorskiej.” ?



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powyższa zmiana pozwoli docenić rozwiązanie posiadające po dwa monitory zarówno w konsoli operatorskiej jak i w konsoli lekarskiej dostosowane do specyfiki pracy każdej z konsol.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli operatorskiej wyposażonej w 2 monitory o przekątnej min. 19" z których jeden służy do sterowania akwizycją, a drugi monitor pokazuje obrazy diagnostyczne – przy zachowaniu skali ocen przewidzianej w pkt. 57 w razie jednoczesnego zaoferowania 2-monitorowej konfiguracji konsoli lekarskiej.

Treść pytania nr 28:

Dotyczy punktu 69 Załącznika nr 7, „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie systemu nie posiadającego możliwości podglądu wyników badań na konsoli operatorskiej? Oferowany przez nas system umożliwia integrację przesyłu danych z różnymi systemami w zakresie przesyłania obrazów DICOM np. z systemem PACS, natomiast nie ma możliwości wyświetlania plików tekstowych (wyników badań). Standardowo wyniki badań są wyświetlane na komputerze systemu PACS/RIS, który może znajdować się przy konsoli operatorskiej więc brak powyższej możliwości nie wpłynie na komfort pracy lekarza. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przez 'podgląd wyników badań' rozumie pobieranie danych obrazowych z konsoli operatorskiej i oglądanie obrazów diagnostycznych na innych komputerach wewnętrznej sieci informatycznej, nie wymaga natomiast przesyłu rozpoznań (opisu badania).

Treść pytania nr 29:

Dotyczy punktu 15 Załącznika nr 7, „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji maksymalnej mocy generatora [kW], rozumianej jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika? Moc generatora jest podstawowym parametrem określającym klasę systemu i ma istotny wpływ na jego cenę. Moc generatora określa rzeczywiste możliwości diagnostyczne systemu, decyduje o jakości i dokładności obrazowania szczególnie w przypadku badania otyłych pacjentów. Punktacja maksymalnej mocy pozwoli na zrekompensowanie wyższej ceny systemu wynikającej z zastosowania generatora o większej mocy i pozwala docenić zaoferowanie bardziej uniwersalnego systemu posiadającego większe możliwości diagnostyczne, co jest korzystne dla Zamawiającego.

Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15.	Maksymalna moc generatora [kW], rozumiana jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika: co najmniej 36 kW	Warunek konieczny (proszę podać maks. moc generatora)	Niespełnienie minimum = odrzućcie oferty; 36 kW = 0 pkt ≥ 36 kW = 5 pkt
-----	---	---	---

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 30:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie punktacji za zaoferowanie systemu posiadającego sterowanie ruchami stołu oraz gantry z przodu i tyłu gantry? Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla użytkownika w przypadku potrzeby manipulacji pacjentem po jego wjechaniu do gantry. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

	Panele sterujące stołem i gantry z wszystkich czterech stron (po dwa z przodu - lewa i prawa strona i z tyłu - lewa i prawa strona)	Proszę podać	Istnieje = 5 pkt; Nie istnieje = 0 pkt
--	---	--------------	---

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść pytania nr 31:

Czy Zamawiający doceni zaoferowanie systemu z krótką geometrią gantry (< 100 cm) posiadającego znacznie większą efektywność w porównaniu do systemów o długiej geometrii (> 100 cm)? W systemach o krótkiej geometrii nie ma potrzeby stosowania wysokich wartości prądu anodowego oraz lamp o dużych pojemnościach cieplnych z uwagi na krótką odległość pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem. Ponieważ moc promieniowania rentgenowskiego maleje z kwadratem odległości to nawet niewielka różnica odległości pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem ma znaczny wpływ na efektywność systemu. Proponujemy wprowadzenie następującego punktu do Załącznika nr 7:

	Odległość ogniska lampy od detektora [cm]	Proszę podać	< 100cm – 5 pkt ≥ 100cm – 0 pkt
--	---	--------------	------------------------------------



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wsparcie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

w treści załącznika nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zostają wprowadzone następujące zmiany:

a) pkt 74 otrzymuje następującą treść:

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
Ogólne warunki gwarancji, serwisu i szkolenia				
74.	W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności w ciągu maksymalnie 72 godzin od czasu zgłoszenia usterki faksem lub pocztą elektroniczną	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty

a) pkt 75 otrzymuje następującą treść:

Lp.	PARAMETR GRANICZNY	WARUNEK	OFEROWANE PARAMETRY/ WARUNKI	SKALA OCENY
Ogólne warunki gwarancji, serwisu i szkolenia				
75.	Maksymalny czas usunięcia awarii ustala się na 7 dni licząc od daty zgłoszenia, przy czym w sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, wskazując przyczyny z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania.	Warunek konieczny		Odrzucenie oferty

UWAGA:


Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem ujętego w projekcie pn.: „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (nr sprawy UM-ZP-262-80/14).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KARCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramczak