



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, Al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Fax: 48 (81) 448-52-71, 448-52-81

Kanclerz tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kanclerza tel. 48 (81) 448-52-00

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 448-54-00

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik tel. 48 (81) 448-52-72

Zastępca Kierownika tel. 48 (81) 448-52-73

tel. 448-52-70 do 77

UM-ZP-262-31/15

Lublin, dnia 13.07.2015 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego – część II ujętego w projekcie pn.: „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 122-222577, data opublikowania: 27.06.2015 r.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, udziela wyjaśnień SIWZ na następujące zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy poz. 23 pkt. III a) Załącznika nr 6 do SIWZ – Zestawienia wymaganych parametrów granicznych dla Zadania nr 3.

Czy Zamawiający może zweryfikować poprawność danych wirnika stałokątowego z pokrywą aluminiową do probówek do PCR w paskach? Według wiedzy Wykonawcy wirnik o wymienionych parametrach ma maksymalną prędkość wirowania 13 543 x g (11 800 rpm).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 23 pkt III w następujący sposób:

„W wyposażeniu wirnik stałokątowy z pokrywą aluminiową do probówek do PCR w paskach. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 13500xg (11000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywkami musi mieć możliwość sterylizacji w autoklawie.”

Umowa nr POPW.01.03.00-06-005/12-01

Tytuł projektu: **Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo- badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**

Program Operacyjny **Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

Oś priorytetowa. I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść pytania nr 2:

Dotyczy poz. 115 pkt. III Załącznika nr 6 do SIWZ – Zestawienia wymaganych parametrów granicznych dla Zadania nr 3, Ogólnych warunków gwarancji, serwisu i szkolenia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych przez okres 7 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 (załącznik nr 6 do SIWZ) zostają dokonane następujące zmiany:

a) wiersz nr 21 otrzymuje następujące brzmienie:


Lp.	PARAMETR GRANICZNY
23.	W wyposażeniu wirnik stałokątowy z pokrywą aluminiową do probówek do PCR w paskach. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 13500xg (11000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywkami musi mieć możliwość sterylizacji w autoklawie.

Niniejsze „Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ” stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego – część II ujętego w projekcie pn.: „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (nr sprawy UM-ZP-262-31/15).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia powyższych zmian w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku braku naniesienia zmian, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił powyższe zmiany w SIWZ podczas sporządzania oferty.

KANCELARZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Abramek