



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, Al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

Kanclerz

tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 448-52-00

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 448-54-00

UM-ZP-262-58/15

Lublin, dnia 10.09.2015 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury naukowej do hodowli i badań nad zwierzętami laboratoryjnymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej; ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 153-282111; data opublikowania: 11-08-2015.

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), odpowiada na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści regał z innym rodzajem zbiorników. Na regale mieszczą się przynajmniej 4 zbiorniki, w każdym zbiorniku 24 miejsca na ryby. Takie rozwiązanie jest lepsze, gdyż pozwala umieścić na jednym regale dużo więcej zwierząt. Dodatkowo do jednego zabiegu można wyjąć więcej zwierząt na raz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zaproponowanego przez Pytającego rozwiązania (4x24=96 ryb) i utrzymuje wymóg zaoferowania regału wyposażonego w co najmniej 140 zbiorników (możliwość umieszczenia 140 ryb).

Treść zapytania nr 2

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj filtra niż bębnowy, gdyż filtr bębnowy jest charakterystyczny wyłącznie dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z filtrem bębnowym oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Filtr samooczyszczający się umożliwia automatyczne wypłukiwanie zabrudzeń z porów siatki filtracyjnej. Zamawiający wymaga filtra samooczyszczającego ze względu na oszczędność materiałów zużywalnych i czasu – filtry bez funkcji samooczyszczania wymagają częstej wymiany.

Treść zapytania nr 3

Zadanie 2

Czy Zamawiający może określić sprawność dodatkowego filtra węglowego? W jakiej formie ma być filtr węglowy? Czy Zamawiający wymaga, żeby filtr węglowy działał pod wysokim ciśnieniem, co znacznie zwiększa jego sprawność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymaganej sprawności, formy oraz ciśnienia, pod jakim ma działać filtr węglowy. Zamawiający wyjaśnia, iż preferuje regały, w których istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego filtra węglowego, kompatybilnego z zaoferowanym systemem (nie jest to warunek konieczny do spełnienia).

Treść zapytania nr 4

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zawory pozwalające na dostrajanie i włączanie i wyłączanie dopływu wody, ale nie będące wielofunkcyjne, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy?

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z zaworami wielofunkcyjnymi oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaworów zapewniających możliwość wyłączania i włączania dopływu wody do pojedynczego akwarium bez konieczności ponownej regulacji wcześniej ustawionego przepływu dla danego akwarium. Zamawiający wymaga jak wyżej ze względu na fakt, że regulacja przepływu wody w akwarium przy każdorazowym wyjęciu i włożeniu go do regału jest czasochłonna, a zachowanie odpowiedniego przepływu wody w zależności od wieku i sposobu karmienia ryb jest niezwykle istotne dla zachowania dobrostanu ryb.

Treść zapytania nr 5

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści inny sposób archiwizacji parametrów pracy niż na nośniku cyfrowym, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia umożliwiające archiwizację parametrów pracy na nośniku cyfrowym oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu archiwizacji parametrów pracy niż na nośniku cyfrowym, gdyż opisane w SIWZ warunkuje dużą wygodę i łatwość archiwizacji oraz trwałość zapisywanych w ten sposób danych. Ponadto, Pytający nie sprecyzował, jakie miałyby być rozwiązanie alternatywne.

Treść zapytania nr 6

Zadanie 2

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale? Standardowo urządzenia do utrzymywania zwierząt wodnych muszą posiadać minimalnie system powiadamiania sms w przypadku awarii urządzenia - wynika to z faktu, że ryby są bardzo wrażliwe na zmiany parametrów wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby oferowany system był wyposażony w, cyt.: „(...) alarm powiadamiający np. o kalibracji sondy pH, złej temperaturze, poziomie wody, wymianie filtrów czy żywotności lampy UV”, jednak Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale.

Treść zapytania nr 7

Zadanie 2

Czy Zamawiający może wyjaśnić o co chodzi z mobilnością regałów? Regały dla ryb nie powinny być mobilne, gdyż każdy nieuprzedzony ruch może powodować stres zwierząt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 8

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zbiorniki o większej pojemności mieszczące minimum 24 ryby w jednym zbiorniku? Zbiorniki całkowicie wyposażone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 9

Zadanie 3.

Czy Zamawiający dopuści zawory pozwalające na dostrajanie i włączanie i wyłączanie dopływu wody, ale nie będące wielofunkcyjne, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z zaworami wielofunkcyjnymi oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaworów zapewniających możliwość wyłączania i włączania dopływu wody do pojedynczego akwarium bez konieczności ponownej regulacji wcześniej ustawionego przepływu dla danego akwarium. Zamawiający wymaga jak wyżej ze względu na fakt, że regulacja przepływu wody w akwarium przy każdorazowym wyjęciu i włożeniu go do regału jest czasochłonna, a zachowanie odpowiedniego przepływu wody w zależności od wieku i sposobu karmienia ryb jest niezwykle istotne dla zachowania dobrostanu ryb.

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść zapytania nr 10

Zadanie 3.

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób ma być utrzymywane stałe stężenie badanej substancji w jednym rzędzie regału? Każde dodanie świeżej wody spowoduje zmianę stężenia badanej substancji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowany system ma umożliwiać utrzymanie stałego stężenia badanej substancji poprzez kontrolę i możliwość zaprogramowania objętości dopływu świeżej wody dozowanej do zbiorników (jak wskazano w pkt. 7 opisu parametrów granicznych dla zadania nr 3). Dzięki kontroli objętości świeżej wody dozowanej do zbiorników eksperymentator jest w stanie obliczyć, jakie ilości substancji muszą być dozowane w celu utrzymać stałego stężenia substancji badanej.

Treść zapytania nr 11

Zadanie 3.

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale? Standardowo urządzenia do utrzymywania zwierząt wodnych muszą posiadać minimalne system powiadamiania sms w przypadku awarii urządzenia - wynika to z faktu, że ryby są bardzo wrażliwe na zmiany parametrów wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby zamawiany system był wyposażony w, cyt.: „(...)alarm powiadamiający np. o kalibracji sondy pH, złej temperaturze, poziomie wody”, jednak Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale.

Treść zapytania nr 12

Zadanie 3.

Czy Zamawiający dopuści regał ze zbiornikami szklanymi, bez możliwości zmiany na zbiornik o innej pojemności? Zbiorniki wykonane z materiałów sztucznych nie są zalecane do badań toksykologicznych, gdyż istnieje ogromne ryzyko związania się substancji toksycznych z materiałem z jakiego wykonany jest zbiornik.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników szklanych, bez możliwości zmiany na zbiorniki o innej pojemności, ponieważ szkło jest materiałem znacznie cięższym od tworzywa sztucznego oraz jest znacznie bardziej podatne na zniszczenie podczas wykonywania np. procedur wymiany i mycia zbiorników. Ponadto brak możliwości zmiany na zbiorniki o innej pojemności zmniejsza zakres możliwych do przeprowadzenia eksperymentów.

Ze względu na stężenia i rodzaj substancji stosowanych w eksperymentach toksykologicznych nie ma niebezpieczeństwa związania się ich z tworzywem, jakiego wymaga Zamawiający

Treść zapytania nr 13

Zadanie 3.

Czy Zamawiający dopuści regał na 18 zbiorników wykonanych ze szkła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników wykonanych ze szkła. Zamawiający nie dopuszcza regału na 18 zbiorników o niesprecyzowanej pojemności.

Treść zapytania nr 14

Zadanie 3.

Czy Zamawiający dopuści regał o innych wymiarach: długość powyżej 170 cm a i mniejszej głębokości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza regału o niedoprecyzowanych wymiarach

Treść zapytania nr 15

Zadanie 3.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania czarnych przewodnic w regale, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego dostawcy. Dodatkowo doświadczenia wykazały, że ryby orientują się przestrzennie bez dodatkowych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z czarnymi przewodnikami oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że obecność przewodnic wpływa pozytywnie na orientację przestrzenną ryb.

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść zapytania nr 16

Zadanie 3.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania opisującego składowe zbiornika, gdyż jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy. Prosimy o pozostawienie zapisu: Każde akwarium umieszczone w regale musi być kompletne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania opisującego składowe zbiornika, ponieważ wszystkie wskazane elementy są niezbędne do prawidłowej pracy systemu – przegrody zapobiegają wydostawaniu się ryb z przestrzeni bytowej zbiornika, syfon z odpowiednim umocowaniem (gumka) umożliwia wydajne usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika, odpływ przelewowy zapewnia stały poziom wody w zbiorniku (stałą objętość), co jest konieczne do utrzymania stałego stężenia badanych substancji.

Treść zapytania nr 17

Zadanie 3.

Czy Zamawiający dopuści pokrywę z jednym otworem do nasypywania pokarmu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza pokryw z jednym otworem do nasypywania pokarmu ze względu na fakt, że w przypadku stosowania zarówno pokarmu stałego jak i płynnego znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze jest rozwiązanie z dwoma otworami. Pokarm stały często przykleja się w pobliżu otworu do jego wsypywania, może się na nim rozwijać flora mikrobiologiczna, która podczas podawania płynnego pokarmu przez ten sam otwór może dostawać się do zbiornika hodowlanego.

Treść zapytania nr 18

Zadanie 3.

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wykreślenie pkt. 20, gdyż jest oczywistym, że zbiorniki wyjmuje się z regału, gdy woda jest wyłączona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 20. Zabezpieczenie opisane w tym punkcie ma na celu zapobieganie niekontrolowanemu wyciekowi wody, np. podczas wyjmowania zbiorników, w których przepływ wody jest ustawiony na bardzo niskim poziomie. W takiej sytuacji osoba wyjmująca zbiornik może nie zauważyć niewielkiego przepływu wody z zaworu, a nawet niewielka ilość wody wyciekająca przez dłuższy czas może być powodem zalania urządzenia.

Treść zapytania nr 19

Zadanie 3.

Czy Zamawiający przewidział w swojej infrastrukturze urządzenie do podtrzymywania wody o odpowiednich parametrach biologicznych? Wyszpecyfikowanie urządzenia nie podtrzymuje parametrów biologicznych wody, gdyż działa na zasadzie otwartej. Biologiczne kondycjonowanie wody jest niezbędne do otrzymywania prawidłowych wyników badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie uważa za konieczne posiadanie w swojej infrastrukturze urządzenia do podtrzymywania parametrów biologicznych wody, o ile Pytający rozumie przez to filtry biologiczne. Jak wskazano w punktach 2 i 14 opisu parametrów granicznych dla zadania nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania systemu przepływowego bez recyrkulacji wody a do systemu mają być dostarczane porcje świeżej wody, co ma zapewniać odpowiednie parametry biologiczne wody.

Treść zapytania nr 20

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o innych wymiarach niż podane w specyfikacji: wysokość 2200 mm, głębokość mniejsza, długość 1750 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o niesprecyzowanych wymiarach. Pytający nie doprecyzował jaka miałyby być głębokość urządzenia. Ponadto w urządzeniu o wysokości powyżej 2100 mm dostęp do najwyższego rzędu akwariów byłby znacznie utrudniony.

Treść zapytania nr 21

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj filtra niż bębnowy, gdyż filtr bębnowy jest charakterystyczny wyłącznie dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z filtrem bębnowym oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Filtr samooczyszczający się umożliwi automatyczne wypłukiwanie zabrudzeń z porów siatki filtracyjnej. Zamawiający wymaga filtra samooczyszczającego ze względu na oszczędność materiałów zużywalnych i czasu – filtry bez funkcji samooczyszczania wymagają częstej wymiany.

Treść zapytania nr 22

Zadanie 4

Czy Zamawiający może określić sprawność dodatkowego filtra węglowego? W jakiej formie ma być filtr węglowy? Czy Zamawiający wymaga, żeby filtr węglowy działał pod wysokim ciśnieniem, co znacznie zwiększa jego sprawność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymaganej sprawności, formy oraz ciśnienia, pod jakim ma działać filtr węglowy. Zamawiający preferuje regały, w których istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego filtra węglowego, kompatybilnego z zaoferowanym systemem (nie jest to warunek konieczny do spełnienia).

Treść zapytania nr 23

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zawory pozwalające na dostrajanie i włączanie i wyłączanie dopływu wody, ale nie będące wielofunkcyjne, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z zaworami wielofunkcyjnymi oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaworów zapewniających możliwość wyłączenia i włączania dopływu wody do pojedynczego akwarium bez konieczności ponownej regulacji wcześniej ustawionego przepływu dla danego akwarium. Zamawiający wymaga jak wyżej ze względu na fakt, że regulacja przepływu wody w akwarium przy każdorazowym wyjęciu i włożeniu go do regału jest czasochłonna, a zachowanie odpowiedniego przepływu wody w zależności od wieku i sposobu karmienia ryb jest niezwykle istotne dla zachowania dobrostanu ryb.

Treść zapytania nr 24

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści inny sposób archiwizacji parametrów pracy niż na nośniku cyfrowym, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu archiwizacji parametrów pracy niż na nośniku cyfrowym ze względu na dużą wygodę i łatwość archiwizacji oraz trwałość zapisywanych w ten sposób danych. Pytający nie sprecyzował, jakie miałyby być rozwiązanie alternatywne.

Treść zapytania nr 25

Zadanie 4

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale? Standardowo urządzenia do utrzymywania zwierząt wodnych muszą posiadać minimalnie system powiadamiania sms w przypadku awarii urządzenia - wynika to z faktu, że ryby są bardzo wrażliwe na zmiany parametrów wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby zamawiany system był wyposażony w, cyt.: „(...)alarm powiadamiający np. o kalibracji sondy pH, złej temperaturze, poziomie wody, wymianie filtrów czy żywotności lampy UV”, jednak Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób ma być powiadamiany o zagrożeniach wynikających ze zmiany parametrów na regale.

Treść zapytania nr 26

Zadanie 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania czarnych przewodnic w regale, gdyż takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego dostawcy i służy jedynie utrzymywaniu zbiorników. Dodatkowo doświadczenia wykazały, że ryby orientują się przestrzennie bez dodatkowych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z czarnymi przewodnikami oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że obecność przewodnic pozytywnie wpływa na orientację przestrzenną ryb.

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść zapytania nr 27

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zbiorniki wykonane z przezroczystego materiału? Zostało naukowo dowiedzione, że kolor niebieski w mierny sposób wpływa na rozwój alg. Na rozwój alg wpływ ma nieodpowiednie odkażanie wody i nieprawidłowe żywienie zwierząt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zbiorników wykonanych z „przezroczystego materiału” ponieważ zgodnie z doświadczeniem Zamawiającego, który używa zbiorników wykonanych z niebieskiego tworzywa wynika, że kolor ten ogranicza rozwój alg. Ponadto Pytający nie sprecyzował o jaki materiał chodzi. Przezroczystymi materiałami są zarówno poliwęglan, polisulfon, polistyren, PP o zwiększonej przezroczystości a także szkło.

Treść zapytania nr 28

Zadanie 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania opisującego składowe zbiornika, gdyż jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy. Prosimy o pozostawienie zapisu: Każde akwarium umieszczone w regale musi być kompletne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania opisującego składowe zbiornika, ponieważ wszystkie wskazane elementy są niezbędne do prawidłowej pracy systemu – przegrody zapobiegają przed wydostawaniem się ryb z przestrzeni bytowej zbiornika, syfon z odpowiednim umocowaniem (gumka) umożliwia wydajne usuwanie zanieczyszczeń z dna zbiornika, odpływ przelewowy zapewnia stały poziom wody w zbiorniku (stałą objętość), co jest konieczne do utrzymania stałego stężenia badanych substancji. Ponadto Zamawiający nie może wyrazić zgody na prośbę Pytającego ze względu na fakt, że w prośbie nie zostało doprecyzowane rozwiązanie alternatywne.

Treść zapytania nr 29

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści pokrywę z jednym otworem do nasypywania pokarmu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza pokryw z jednym otworem do nasypywania pokarmu ze względu na fakt, że w przypadku stosowania zarówno pokarmu stałego jak i płynnego znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze jest rozwiązanie z dwoma otworami. Pokarm stały często przykleja się w pobliżu otworu do jego wsypywania, może się na nim rozwijać flora mikrobiologiczna, która podczas podawania płynnego pokarmu przez ten sam otwór może dostawać się do zbiornika hodowlanego.

Treść zapytania nr 30

Zadanie 4

Zwracam się uprzejmie z prośbą o wykreślenie pkt. 20, gdyż jest oczywistym, że zbiorniki wyjmują się z regału, gdy woda jest wyłączona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 20 ponieważ dotyczy on kompletności zaoferowanych akwariów, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu.

Treść zapytania nr 31

Zadanie 4

Czy Zamawiający może wykreślić z wymagań wielość porów w przegrodach, gdyż są one charakterystyczne wyłącznie dla jednego dostawcy. W zamian Zamawiający może zastąpić je: małe, średnie i duże, co doskonale przedstawia różnicę pomiędzy wymaganymi przegrodami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z wymagań wielkości porów i zastąpienie ich opisem: małe, średnie, duże gdyż w tym przypadku są to pojęcia zbyt ogólne, a właściwa wielkość porów jest niezbędna do hodowli ryb w różnym wieku i różnych stadiach rozwojowych. Zamawiający wyjaśnia, iż przyjmuje tolerancję 50 µm i wyraża zgodę na zaoferowanie przegród z siatką o wielkości porów odpowiednio 300-350 µm, 500-550 µm, 800-850 µm.

Treść zapytania nr 32

Zadanie 4

Czy Zamawiający może określić ramy czasowe szklenia?

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa na tym etapie ram czasowych szkolenia. Szkolenie ma być efektywne, zostać przeprowadzone w sposób zrozumiały dla uczestników i wyczerpujący.

Treść zapytania nr 33

Zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga również od dostawcy przeprowadzenia szkolenia wraz z ćwiczeniem poszczególnych procedur np. rozmnażanie, dobieranie w pary, przygotowanie do rozmnażania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia ćwiczeń poszczególnych procedur np. rozmnażania, dobierania w pary, przygotowywania do rozmnażania. W tym zakresie wymaga jedynie przekazania odpowiedniej wiedzy teoretycznej, gdyż przeprowadzenie ćwiczeń wiązałoby się z niepotrzebnym stresem dla zwierząt. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia praktycznego (ćwiczeń) z obsługi urządzeń.

Treść zapytania nr 34

Zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga od dostawcy przeprowadzenia szkoleń na wszystkich wyspecyfikowanych urządzeniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia jak opisano w odpowiednich punktach „Ogólnych warunków gwarancji, serwisu i szkolenia” – dla Zadania nr 4 jest to punkt nr 32.

Treść zapytania nr 35

Zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga również od dostawcy przeprowadzenia szkolenia z genotypowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyższe pytanie nie dotyczy Zadania 4.

Zamawiający odpowiada odnośnie Zadania nr 2 – Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia szkolenia z procedury genotypowania. Regał, którego Zamawiający wymaga do zaoferowania w Zadaniu 2 ma służyć do czasowego umieszczania w nim odizolowanych od siebie pojedynczych osobników, dla których w danym czasie wykonywana jest procedura genotypowania. Sama procedura genotypowania jest niezależna od systemu, którego wymaga Zamawiający do zaoferowania w Zadaniu nr 2 i do jej przeprowadzenia potrzebny jest dodatkowy sprzęt niebędący przedmiotem postępowania.

Treść zapytania nr 36

Zadanie 4

Czy Zamawiający wymaga również od dostawcy przeprowadzenia szkolenia z utrzymywania właściwego stężenia substancji toksycznej w regale toksykologicznym? Jaki rodzaj substancji będzie podlegał szkoleniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w tym zakresie przeprowadzenia szkolenia teoretycznego. Szkolenie praktyczne ma obejmować jedynie działanie i obsługę systemów, ale bez dodawania substancji toksycznych do wody.

Treść zapytania nr 37

Łącznie dla zadań 2,3,4:

Czy Zamawiający wymaga od dostawcy utrzymywania u Zamawiającego urządzeń zapasowych wchodzących w skład regałów, bez których urządzenia nie będą mogły podtrzymać życia zwierząt np. pompy wodne. Czas oczekiwania na zapasową pompę wodną jest nie możliwy do przewidzenia. Jaką ilość sprzętu i jakiego sprzętu Zamawiający wymaga, aby dostawca utrzymywał na stanie magazynowym Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ wyspecyfikował wszystkie elementy, jakie mają zostać dostarczone wraz ze sprzętem. Jednocześnie Zamawiający wymaga wykonywania czynności serwisowych zgodnie z opisem zawartym w poszczególnych punktach Ogólnych warunków gwarancji, serwisu i szkolenia dla Zadań nr 2, 3, 4 oraz zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ – Warunki umowy. Dysponowanie odpowiednim zestawem elementów zapasowych będzie leżało w gestii Wykonawcy.

Treść zapytania nr 38

Łącznie dla zadań 2,3,4:

Czy Zamawiający wymaga bezpłatnej wymiany części zużywalnych w okresie gwarancji? Jeżeli tak to czy może przedstawić listę części zużywalnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ (odpowiednie punkty Ogólnych warunków gwarancji, serwisu i szkolenia dla Zadań nr 2, 3, 4) oraz zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ – Warunki umowy. Zapewnienie odpowiednich części zużywalnych w odpowiednim czasie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Treść zapytania nr 39

Zadanie 5

Czy Zamawiający może sprecyzować, czy wymaga dwóch oddzielnych ramion: płuczających i myjących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga oddzielnych ramion płuczających i myjących. Zamawiający wymaga, aby całkowicie oddzielone były obiegi wody myjącej i płuczającej – oddzielne zbiorniki, orurowanie prowadzące do dysz oraz dysze.

Treść zapytania nr 40

Zadanie 5

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wydajna praca zmywarki ma być niezależna od ciśnienia dostarczanej do urządzenia wody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zawarł ww. wymogu w SIWZ. Jak wyspecyfikowano w pkt. 3 opisu parametrów granicznych dla Zadania nr 5 Zamawiający wymaga dostarczenia zmywarki zapewniającej wydajne usuwanie alg i biofilmu oraz nie zostawiającej pozostałości detergentów na mytych przedmiotach. Zamawiający wyjaśnia, że zmywarka powinna być wyposażona w mechanizm pomiaru przepływu wody zużywanej w fazie płukania, dzięki czemu możliwe jest zaprogramowanie i kontrola objętości wody niezbędnej do całkowitego usunięcia detergentów z mytych przedmiotów. System ma zapewniać, że chwilowe zmiany ciśnienia wody dostarczanej do zmywarki lub spadek sprawności pompy nie spowodują zmniejszenia objętości wody użytej w fazie płukania, co byłoby niezwykle niebezpieczne przy myciu zbiorników używanych w hodowli organizmów wodnych.

Treść zapytania nr 41

Zadanie 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania siedmiocalowego ekranu, gdyż jest to cecha charakterystyczna urządzenia proponowanego przez jednego dostawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu – w pkt. 13 Opisu Parametrów granicznych dla Zadania 5 Zamawiający nie wymaga konkretnego ekranu o przekątnej siedem cali, ale dowolnego ekranu o przekątnej minimum 7 cali dotykowego lub z dodatkowymi przyciskami membranowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Zamawiający określa minimalną przekątną ekranu ze względu na wygodę pracy z urządzeniem i czytelność wyświetlanych przez nie komunikatów.

Treść zapytania nr 42

Zadanie 5

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu szuflady na detergenty, gdyż jest to cecha charakterystyczna jednego dostawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z szufladami na detergenty oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu szuflady na detergenty, gdyż ze względu na charakter chemiczny przemysłowych detergentów używanych w procesie mycia niezbędne jest ich prawidłowe zabezpieczenie.

Treść zapytania nr 43

Zadanie 5

Czy Zamawiający dostarcza do urządzenia gorącą wodę o minimalnej temperaturze 50 C? Wyspecyfikowanie urządzenia nie będzie działało prawidłowo z niższą temperaturą wody, tym bardziej z zimną wodą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający może dostarczyć do urządzenia wodę o temp. min. 50 C.

Założenie Pytającego, że Wyspecyfikowanie urządzenia nie będzie działało prawidłowo z niższą temperaturą wody, tym bardziej z zimną wodą jest bezpodstawne. Zamawiający w SIWZ podaje jedynie parametry graniczne urządzenia, gwarantujące uzyskanie wymaganych efektów mycia przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne urządzenie, w związku z tym Pytający nie ma przesłanek, by twierdzić, że dostarczone urządzenie nie będzie działać z wodą o temp. min. 50 C.

Treść zapytania nr 44

Zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zraz ze zmywarką dedykowanych detergentów?



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze zmywką detergentów w ilościach wystarczających do przeprowadzenia rozruchu, testów i szkolenia.

Treść zapytania nr 45

Zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga podłączenia zmywarki do wszystkich mediów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podłączenia zmywarki do odpowiednich instalacji zapewniających prawidłową pracę urządzenia.

Treść zapytania nr 46

Zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac dostosowawczych w miejscu instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie prac dostosowawczych niezbędnych do prawidłowego podłączenia zmywarki do odpowiedniej instalacji, jeżeli oferowane urządzenia będą tego wymagały. (Vide: rozdz. IV. Ust. 4 SIWZ, cyt.: Montaż obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca instalacji, rozpakowanie, rozmieszczenie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych testów, prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie urządzeń do użytku.)

Treść zapytania nr 47

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 3

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 3) wskazał, że „Wymiary klatki nie większe niż 20x15x15 cm”.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klatki w której minimalna powierzchnia bytowa dla zwierzęcia będzie wynosić 330 cm² tj. spełniająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE, (Załącznik III Sekcja 2 pkt 1)?

W tym miejscu wskazuję, że wymiary określone przez Zamawiającego spełnia wyłącznie produkt oferowany przez firmę Columbus Instruments. W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego wymiarów klatki oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję uniemożliwiając faktycznie złożenie ofert zawierających rozwiązania innych producentów aniżeli Columbus Instruments.

Jednocześnie wskazuję, że parametry graniczne wymiarów klatki naruszają Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE, która to w Załączniku III Sekcja 2 pkt 1 określa minimalną wielkość pomieszczenia na poziomie 330 cm². Parametry SIWZ powinny być zgodne z ww. regulacją do czego pośrednio zobowiązuje dokument „Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013” w oparciu o którego źródła finansowania realizowane jest przedmiotowa inwestycja. Pozostawienie niezmiennych parametrów skutkować może utratą dofinansowania uzyskanego z ww. źródła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowania klatek o większych wymiarach. Zamawiający wymaga wymiarów nie większych niż 20x15x15cm. Większe wymiary klatki oznaczają jej większą objętość, co doprowadzi do spowolnienia reakcji kalorymetrycznej. Zamawiający planuje również prowadzenie eksperymentów z użyciem specjalistycznych gazów medycznych. Mniejsza powierzchnia klatki ogranicza zużycie gazów.

W odniesieniu do kwestii dopuszczalnej powierzchni bytowej poruszonej przez Pytającego, Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z artykułem 42 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wszystkie doświadczenia „przeprowadza się po uzyskaniu zgody lokalnej komisji wydawanej na wniosek użytkownika”. Procedura pracy ze zwierzętami umieszczonymi w klatkach metabolicznych jest uznaną procedurą według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE (Załącznik VIII, Sekcja 3, pkt 1j;2h;3i). W zależności od czasu przetrzymywania zwierząt jest ona procedurą łagodną, umiarkowaną lub dotkliwą. Klatki metaboliczne mogą być zastosowane po uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej, zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Art.51.1).

Nie precyzując dokładnych wymiarów klatki, a określając jedynie wartości maksymalne, Zamawiający nie wskazuje na rozwiązanie jednego producenta.

Treść zapytania nr 48

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 5

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 5) wskazał, że „Podłoga każdej klatki perforowana, poliwęglanowa (zapewniająca utrzymanie czystości w klatce).”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klatki pełnej z umieszczoną w niej ściółką?

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czy zamawiający uzna klatkę pełną za rozwiązanie równoważne w stosunku do klatki perforowanej?

W tym miejscu wskazuję, że parametry określone przez Zamawiającego spełnia wyłącznie produkt oferowany przez firmę Columbus Instruments. W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego sposobu wykonania podłogi klatki oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję uniemożliwiając faktycznie złożenie ofert zawierających rozwiązania innych producentów aniżeli Columbus Instruments.

Nadto dla wyjaśnienia podaję, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w Sekcji A pkt 3.6 wymaga bezwzględnie zapewnienia materiałów ściółkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania klatki pełnej. Klatka pełna koliduje z funkcją karmnika centralnego. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem karmnika centralnego rozumie karmnik wbudowany w podłogę klatki o regulowanych (co najmniej) trzech wysokościach, ułatwiających dostęp do pokarmu. Dodatkowo, zgodnie z punktem 6 podpunkt 1 parametrów granicznych dla zadania 6 Zamawiający wymaga, aby karmnik uniemożliwiał rozgrzebywanie paszy poza obszar karmnika, dzięki temu ubytek masy pokarmu jest rzeczywistą ilością pokarmu spożytego, a nie rozgrzebanego po powierzchni klatki. Nie ma możliwości późniejszego spożycia niedojadów, których metabolizm wywoła zaburzenie między współczynnikiem oddechowym, a spożytym pokarmem.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania ściółki w klatce, ze względu na możliwość gromadzenia się pokarmu w ściółce i konieczność jej ręcznego przesiewania.

Treść zapytania nr 49

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 6

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 6) wskazał, że „regulowana wielkość posiłku, średnio 0,02g (musi istnieć waga umieszczona pod klatką)”.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klatki z wagą umieszczoną nad klatką?

Czy zamawiający uzna klatkę z wagą umieszczoną nad klatką za rozwiązanie równoważne w stosunku do klatki z wagą umieszczoną pod klatką?

Dla wyjaśnienia wskazać należy, że zarówno waga umieszczona nad klatką jak i pod klatką spełnia te same funkcje i umożliwia wykorzystanie przedmiotu zamówienia dla tych samych celów. Brak jest z tych powodów do odrzucenia przez Zamawiającego klatek z wagą umieszczoną nad klatką. Zamawiający udzielając odpowiedzi negatywnej na zadane ww. pytania naraża się na postawienie mu skutecznie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza klatki z wagą umieszczoną nad klatką. Takie umieszczenie koliduje z karmnikiem centralnym i jego funkcjami, opisanymi w odpowiedzi na pytanie nr 48.

Treść zapytania nr 50

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 8

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 8) wskazał, że „Pomiar objętości płynu o następujących parametrach, co najmniej: mechanizm działania za pomocą mikro – pomp, dokładność nie gorsza, niż 20ul, każda klatka musi być wyposażona w lizawkę oraz przewody doprowadzające wodę”.

Czy Zamawiający dopuści pomiar wagowy płynu w butelce z podajnikiem z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym umożliwiającym pomiar z dokładnością do 0,01 g?

Czy Zamawiający uzna pomiar wagowy płynu w butelce z podajnikiem z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym umożliwiającym pomiar z dokładnością do 0,01 g za rozwiązanie równoważne?

W tym miejscu wskazać należy, że tak sformułowane zapisy naruszają art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych a nadto art. 29 ust. 3 stawy Prawo zamówień publicznych. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie to w istocie pomiar wolumetryczny do którego wyłączne prawo przysługuje firmie Columbus Instruments. Columbus Instruments uzyskał na powyższe patent – zarejestrowany pod numerem Pat: #6,463,879. Powyższe oznacza, że zachowanie zasad uczciwej konkurencji przy udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi negatywnych nie będzie możliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 51

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 9

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 9) wskazał, że „rozmiar koła nie większy, niż 95mm x 35mm”

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czy Zamawiający dopuści rozmiar koła o wymiarach 115 mm x 40mm?

W tym miejscu wskazać należy, iż przyjęty przez Zamawiającego rozmiar stanowi wymiar oferowany przez ww. firmę a nie dopuszczenie wyższych parametrów można oznaczać naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 52

Pytanie dotyczące Zadania nr 6 pkt 11

Zamawiający w dokumencie „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH” - „PARAMETRY GRANICZNE” (pkt 11) wskazał, że „Wiązki promieniowania podczerwonego, rozmieszczona w odstępach nie większych, niż 1,27 cm”

Czy Zamawiający dopuści rozmieszczenie wiązek w odstępach 1,5 cm (system metryczny)?

W tym miejscu wskazać należy, iż przyjęty przez Zamawiającego parametr stanowi wymiar oferowany przez firmę Columbus Instruments. W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego sposobu wykonania podłogi klatki oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję uniemożliwiając faktycznie złożenie ofert zawierających rozwiązania innych producentów aniżeli Columbus Instruments.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 53

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w dwie pompy myjące o mocy 2kW każda?

Jest to rozwiązanie lepsze i nowocześniejsze niż opisane w SIWZ. w p. 7 Zamawiający wymaga (p. 6) aby zaoferowana zmywarka była wyposażona w dwa oddzielne obiegi wody myjącej i płuczającej. W przypadku zastosowania tylko jednej pompy myjącej te dwa układy muszą się łączyć co podważa ich niezależności i powoduje, iż woda z jednego może się mieszać z wodą z drugiego. Rozwiązanie takie nie gwarantuje dokładnego wypłukiwania pozostałości środków chemicznych i naraża Zamawiającego na zatrucie ryb laboratoryjnych.

W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego tej części SIWZ oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję uniemożliwiając faktycznie złożenie ofert zawierających rozwiązania większej grupy wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w dwie pompy myjące o mocy 2 kW każda. Zamawiający w pkt. 7 Parametrów granicznych dla Zadania 5 SIWZ wymaga: „Zmywarka musi być wyposażona w pompę myjącą o mocy min. 7kW, zapewniającą ciśnienie wody w dyszach nie mniejsze niż 2 bary, podawane w cyklu mycia”. Wymaganie to dotyczy pompy zainstalowanej w obiegu wody myjącej. Odpowiednio wysoka moc pompy ma zapewnić całkowite pokrycie mytych elementów i wydajne usuwanie zanieczyszczeń.

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w pkt. 6 Parametrów granicznych dla Zadania 5 dotyczący odizolowania obiegów wody myjącej i płuczającej.

Treść zapytania nr 54

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny zmywarki wyposażone w dwie pompy o mocy 2.0kW i wydajności 800l/min każda?

Moc pompy nie jest tak istotna dla osiągnięcia wysokich rezultatów mycia, jak jej wydajność. Urządzenie wyposażone w pojedynczą pompę o mocy 7,5kW i wydajności np. 500l/min zapewni znacznie słabsze rezultaty mycia przy jednocześnie wyższym zużyciu energii elektrycznej w czasie jednego cyklu mycia.

W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego tej części SIWZ oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w dwie pompy myjące o mocy 2 kW i wydajności 800l/min każda. Zamawiający wymaga pompy myjącej o mocy min. 7kW ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego pompy o większej mocy posiadają większą wydajność. Zamawiający nie zgadza się z sugestią Zamawiającego, w której utrzymuje on, że pompa o 3 krotnie większej mocy ma prawie dwukrotnie mniejszą wydajność. Według wiedzy Zamawiającego pompy o mocy min. 7 kW zapewniają wydajność na poziomie min. 900 l/min. W rozwiązaniu proponowanym przez Pytającego dwie pompy o mocy 2 kW pracują w dwóch różnych obiegach wody (informacja zawarta w komentarzu do pytania 53), a więc w obiegu wody



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

myjącej znajduje się tylko jedna pompa o mocy 2 kW, co nie jest wystarczające do uzyskania właściwego ciśnienia i przepływu wody na dyszach, a tym samym do właściwego usunięcia zanieczyszczeń z mytych przedmiotów.

Treść zapytania nr 55

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 8

Prosimy o wyjaśnienie czy opisane w p. 8 SIWZ ramiona są to ramiona myjące?

W p. 6 SIWZ Zamawiający wymaga oddzielnych układów myjących i płuczących.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprzez opisane w pkt. 8 SIWZ ramiona Zamawiający rozumie minimalną całkowitą ilość ramion, w które ma być wyposażona zmywarka. Przez sformułowanie „ramion myjących” Zamawiający rozumie ramiona używane w którejkolwiek z faz cyklu mycia wskazanych w pkt. 16 opisu Parametrów granicznych (mycie, ociekanie, płukanie i odciąganie pary).

Zamawiający nie wymaga oddzielnych ramion płuczących i myjących. Zamawiający Wymaga, aby całkowicie oddzielone były obiegi wody myjącej i płuczającej – oddzielne zbiorniki, orurowanie prowadzące do dysz oraz dysze.

Treść zapytania nr 56

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 8

Prosimy o podanie w jaką ilość ramion płuczących powinna być wyposażona oferowana zmywarka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie precyzuje ilości ramion płuczających i myjących. Zamawiający wymaga zaoferowania zmywarki wyposażonej łącznie w co najmniej 4 górne i 8 dolnych ramion oscylujących.

Zamawiający nie wymaga oddzielnych ramion płuczających i myjących. Zamawiający Wymaga, aby całkowicie oddzielone były obiegi wody myjącej i płuczającej – oddzielne zbiorniki, orurowanie prowadzące do dysz oraz dysze.

Treść zapytania nr 57

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny zmywarkę wyposażoną w cztery obrotowe ramiona myjące oraz cztery obrotowe ramiona płuczające?

Rozwiązanie z obrotowymi ramionami jest znacznie nowocześniejsze i zapewnia znacznie lepsze rezultaty mycia niż zapisane w SIWZ ramiona oscylujące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zmywarki wyposażonej w ramiona obrotowe. W zmywarkach rotacyjnych (z systemami ramion obrotowych) następuje utrata ciśnienia wody ze względu na fakt, że mechanizm wprawiający w ruch ramiona obrotowe wykorzystuje w tym celu ciśnienie, jakie niesie ze sobą woda wpływająca do ramion. W związku z tym ostateczne ciśnienie na dyszach jest znacznie mniejsze niż ciśnienie, jakie zapewnia pompa tłocząca wodę. Niższe ciśnienie oznacza natomiast mniej efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Dodatkowo odpowiednia ilość ramion oscylacyjnych zapewnia bardziej równomierne pokrycie wodą całej komory zmywarki i wszystkich mytych elementów.

Treść zapytania nr 58

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny zmywarkę wyposażoną w dwa kosze do umieszczania mytych przedmiotów bez możliwości regulacji ich wysokości? Kosze zgodnie z wymogami SIWZ umieszczane są na wysuwanych teleskopowo prowadnicach. Ewentualna regulacja ich wysokości możliwa byłaby jedynie skokowo i wymagałaby montażu dodatkowych prowadnic. Poza tym ciężar kosza wyklucza jego regulację przez pojedynczego pracownika.

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zmywarkę bez możliwości regulacji wysokości koszy ale o parametrach wysokość komory mycia 1.130 mm, co znacznie przekracza wymiar minimalny zapisany w SIWZ (700 mm) i umożliwiające mycie wyższych przedmiotów bez konieczności regulacji wysokości? Takie rozwiązanie spełnia także cel jakiemu służyć ma przedmiot zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami pkt. 9 Opisu parametrów granicznych Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanej zmywarce możliwość regulacji wysokości istniała co najmniej dla kosza górnego. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga możliwości regulacji dla kosza dolnego. Zamawiający nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie zmywarki bez możliwości regulacji wysokości kosza górnego ze względu na fakt, że kosz ten jest niezbędny przy myciu mniejszych elementów tj. pojemniki tarliskowe dla ryb. Poprzez opuszczenie górnego kosza możliwe jest zablokowanie mniejszych elementów w położeniu, w którym zostały umieszczone w zmywarce. Bez zablokowania niewielkich lub lekkich elementów ciśnienie wody, jakiego wymaga Zamawiający w pkt. 7 (min. 2 bary) powodowałoby unoszenie i zmianę ich pozycji. Mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia efektywności procesu mycia, a nawet do uszkodzenia mytych elementów.

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający informuje, że nie uzna rozwiązania zaproponowanego przez Pytającego jako równoważne ze względu na fakt, że możliwość regulacji górnego kosza ma również inne funkcje poza zwiększeniem przestrzeni użytkowej w komorze (jak wykazano powyżej).

Treść zapytania nr 59

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny zmywarkę wyposażoną w 3 stopniowy system filtracji umieszczony w komorze mycia? Do jego oczyszczania nie ma konieczności wyjmowania dolnego kosza lecz jedynie jego przesunięcie na drzwi komory. Opisane rozwiązanie wskazuje na konstrukcję konkretnego producenta, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i późniejszej eksploatacji. W związku z powyższym należy wskazać, że zapis SIWZ narusza art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zmienienie przez Zamawiającego tej części SIWZ oznaczać będzie, że Zamawiający poprzez sformułowanie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zmywarki, w której dostęp do filtrów wymagających oczyszczania jest możliwy jedynie od strony komory myjącej. Zamawiający wymaga dostępu do filtrów od zewnątrz, ponieważ konieczność manipulacji filtrami wewnątrz komory jest wysoce uciążliwa i niewygodna, jak również może być niebezpieczna ze względu na możliwość kontaktu z gorącymi elementami lub pozostałościami detergentów używanych w cyklu mycia, szczególnie kiedy dostęp do komory jest ograniczony ze względu na wysunięty dolny kosz.

Treść zapytania nr 60

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę p. 27 SIWZ na „Moc całkowita urządzenia nie większa niż 25kW”? Na rynku są dostępne nowoczesne zmywarki, których moc nie przekracza 25kW, dzięki czemu ich późniejsza eksploatacja jest dużo tańsza i pozwala na znaczne oszczędności dla Zamawiającego. Zapisane w SIWZ 40kW posiadają stare konstrukcje, które zużywają duże ilości prądu w czasie swojej pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego maksymalnej całkowitej mocy urządzenia. Zamawiający zgodnie z zapisami pkt 27 dopuszcza natomiast urządzenie o mocy mniejszej, pod warunkiem zainstalowania wszystkich elementów wymaganych w SIWZ i niezbędnych do prawidłowej pracy zmywarki. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego moc urządzenia jest zależna od zapotrzebowania na energię zainstalowanych w niej komponentów, np. pompy i wentylatora o większej wydajności, a nie jedynie od nowoczesności zainstalowanych rozwiązań.

Treść zapytania nr 61

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 36

Czy przy zaoferowaniu dłuższego okresu gwarancji na zmywarkę Zamawiający oczekuje by koszt przeglądów okresowych (min. 1 na 12 m-cy) był wliczony w cenę zmywarki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ ust. 6 cyt.: „Cena brutto, winna zawierać wszystkie należności wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności cenę netto dostarczanych urządzeń obejmującą także koszty opakowania, koszty montażu obejmującego dostarczenie sprzętu do miejsca instalacji, rozpakowanie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie i przekazanie do użytku odbiorcy, koszty przeglądu technicznego, aktualizacje oprogramowania przez okres trwania gwarancji (o ile dotyczy), podatek VAT.

Treść zapytania nr 62

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 pkt 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 38 SIWZ na: „Maksymalny czas usunięcia awarii ustala się na 5 dni roboczych licząc ...”

W przypadku pozostawienia zapisu w dotychczasowej formie ewentualne zgłoszenie w piątek o godz. 18 powoduje, iż awaria powinna zostać usunięta do środy do godz. 18, co daje oferentowi bardzo mało czasu na reakcję (weekend lub okres świąteczny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 63

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1.

Podpunkt nr I.9 opisu PARAMETRÓW GRANICZNYCH.



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści system bez funkcji manualnej korekcji przedmiotu badań? *W oferowanym przez nas zautomatyzowanym systemie do analiz behawioralnych potrzeba manualnej korekcji została całkowicie wyeliminowana. Funkcja manualnej korekcji zdecydowanie spowolniłaby cały proces badawczy, jak również naraziłaby jego wyniki na możliwość pojawienia się błędów wynikających z ingerencji człowieka. Zautomatyzowanie systemu ma na celu maksymalne ułatwienie pracy oraz gwarantuje otrzymanie wiarygodnych wyników.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia z funkcją manualnej korekcji przedmiotu badań oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Treść zapytania nr 64

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 2.

Podpunkt nr 5 opisu PARAMETRÓW GRANICZNYCH.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wyposażonego w wielofunkcyjne zawory z możliwością dostrojenia przepływu wody oraz otwierania/zamykania dopływu wody do każdej z szuflad (grup 12 akwariów) osobno poprzez wciśnięcie/wyciągnięcie zaworu?

Ze względu na konieczność umieszczenia w jednym regale dużej ilości zbiorników o niewielkiej pojemności konieczne jest ich usytuowanie w regałach w co najmniej dwóch rzędach w specjalnie zaprojektowanych wysuwanych szufladach. Dwurzędowe usytuowanie zbiorników uniemożliwia doprowadzanie wody do każdego z zbiorników osobno. Do prawidłowego wykonywania badań i testów dotyczących genotypowania ryb Danio rerio (ze względu na ich dużą skalę, masowość i stosunkowo krótki czas przebywania ryb w systemie) wystarczająca jest możliwość regulacji i zamykania/otwierania przepływu dla grupy akwariów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytania nr 65

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 2.

Podpunkt nr 13 opisu PARAMETRÓW GRANICZNYCH.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, w którym mobilny (umieszczony na 4 kółkach) jest jedynie zbiornik techniczny znajdujący się pod regalem, natomiast sam regał posiada cztery nóżki o regulowanej wysokości?

Ze względu na liczne połączenia rurowe w regale (konieczne do doprowadzenia wody do poszczególnych zbiorników), jak również konieczność stałego podłączenia regala do źródła zasilania w wodę oraz do odpływu, jego mobilność byłaby w znacznym stopniu ograniczona i mogłaby prowadzić do przypadkowych niebezpiecznych wycieków wody. Znacznie praktyczniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie na kółkach zbiornika technicznego, dzięki czemu może być on wysunięty spod regala w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia mobilne oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Treść zapytania nr 66

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 4.

Podpunkt nr 17 opisu PARAMETRÓW GRANICZNYCH.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu w którym mobilny (umieszczony na 4 kółkach) jest jedynie zbiornik techniczny znajdujący się pod regalem, natomiast sam regał posiada cztery nóżki o regulowanej wysokości?

Ze względu na liczne połączenia rurowe w regale (konieczne do doprowadzenia wody do poszczególnych zbiorników), jak również konieczność stałego podłączenia regala do źródła zasilania w wodę oraz do odpływu, jego mobilność byłaby w znacznym stopniu ograniczona i mogłaby prowadzić do przypadkowych niebezpiecznych wycieków wody. Znacznie praktyczniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie na kółkach zbiornika technicznego, dzięki czemu może być on wysunięty spod regala w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający posiada wiedzę, iż urządzenia mobilne oferuje więcej niż jeden Wykonawca.

Treść zapytania nr 67

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 5.

Podpunkt nr 3 opisu PARAMETRÓW GRANICZNYCH.

- a) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zmywarka była wyposażona w odpowiednio skonstruowany system płukania z bezpośrednim, ciągłym pomiarem przepływu wody, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie odpowiedniej, zaprogramowanej objętości wody zużywanej w fazie płukania gwarantując tym samym, że na mytych przedmiotach nie pozostają szkodliwe dla ryb detergenty?



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Jak wynika również z parametru granicznego, który Zamawiający zawarł w pkt. 3 w, zmywarkach dedykowanych do mycia zbiorników do hodowli ryb najważniejszymi aspektami jest wydajne usuwanie alg i biofilmu oraz całkowite splukiwanie pozostałości detergentów z mytych przedmiotów w fazie płukania. W standardowych zmywarkach przemysłowych wszystkie fazy cyklu są programowane poprzez określenie czasu ich trwania. Taki sposób zaprogramowania cyklu nie zapewnia całkowitego splukania pozostałości detergentów z mytych przedmiotów, co jest niezwykle niebezpieczne w przypadku mycia zbiorników do hodowli ryb. W takich hodowlach każde, nawet śladowe pozostałości detergentów mogą być niebezpieczne. Zaprogramowanie jedynie czasu trwania fazy płukania stwarza niebezpieczeństwo, że przy np. spadku ciśnienia wody w instalacji lub spadku wydajności pompy objętość wody użyta do splukania detergentów będzie niewystarczająca. Z tego względu w zmywarkach dedykowanych do mycia zbiorników do hodowli ryb powinien istnieć mechanizm zapewniający użycie określonej, zaprogramowanej objętości wody w fazie płukania (system taki powinien mieć możliwość zaprogramowania **objętości wody** użytej do płukania a nie **czasu fazy płukania**). W innym przypadku nie ma pewności, że nastąpiło całkowite splukanie detergentów użytych w fazie mycia. Jest to cecha, która pozwala odróżnić inne zmywarki przemysłowe od zmywarek dedykowanych do mycia zbiorników do hodowli ryb.*

- b) Jeżeli Zamawiający nie wymaga jak wyżej prosimy o wyjaśnienie, na podstawie jakiej cechy/parametru technicznego zostanie zweryfikowane, czy zaoferowana zmywarka spełnia wymagania pkt 3, a więc czy jest to zmywarka „nie zostawiająca detergentów na mytych przedmiotach”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia zmywarki zapewniającej wydajne usuwanie alg i biofilmu oraz nie zostawiającej pozostałości detergentów na mytych przedmiotach. Zamawiający wyjaśnia, że zmywarka powinna być wyposażona w mechanizm pomiaru przepływu wody zużywanej w fazie płukania, dzięki czemu możliwe jest zaprogramowanie i kontrola objętości wody niezbędnej do całkowitego usunięcia detergentów z mytych przedmiotów. System ma zapewniać, że chwilowa zmiany ciśnienia wody dostarczanej do zmywarki lub spadek sprawności pompy nie spowodują zmniejszenia objętości wody użytej w fazie płukania, co byłoby niezwykle niebezpieczne przy myciu zbiorników używanych w hodowli organizmów wodnych.

Treść zapytania nr 68

Dotyczy: Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowy/Opis przedmiotu zamówienia. Zadania nr 2, 3, 4 oraz Rozdziału IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4.

W punkcie 4 Rozdziału IV SIWZ Zamawiający precyzuje, co rozumie pod pojęciem montażu, będącego jednym z elementów przedmiotu zamówienia: „Montaż obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca instalacji, rozpakowanie, rozmieszczenie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych testów, prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie urządzeń do użytku.”

- a) Prosimy o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach, w których mają zostać zainstalowane systemy do genotypowania i toksykologii oraz regały do hodowli ryb (przedmiot zamówienia w zadaniu 2, 3, oraz 4) znajduje się odpowiednia ilość:
- źródeł zasilania w wodę po odwróconej osmozie ciśnienie min. 0,3 bar, max 3 bar – jedno podłączenie o średnicy min. 8 mm z zaworem odcinającym dla każdego regału/systemu
 - gniazd zasilania prądem elektrycznym 230 V, 50Hz z uziemieniem – jedno gniazdo dla każdego regału/systemu
 - odpływów o średnicy min. 40 mm na wysokości max. 15 cm nad podłogą – jeden odpływ dla każdego regału/systemu?
- b) Jeżeli w pomieszczeniach, o których mowa powyżej nie ma odpowiedniej ilości ww. podłączeń, prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za wykonanie oraz kto poniesie koszty prac związanych z przygotowaniem odpowiedniej ilości podłączeń przed instalacją urządzeń?
- c) Jeżeli Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostosował pomieszczenie na swój koszt przed instalacją urządzeń prosimy o doprecyzowanie takiego wymogu w treści SIWZ oraz określenie jakiego typu prac będzie wymagało dostosowanie pomieszczeń, tak aby Wykonawcy mogli odpowiednio skalkulować koszty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniach, w których mają zostać zainstalowane systemy do genotypowania i toksykologii oraz regały do hodowli ryb znajdują się następujące instalacje:

- Dotyczy zadania nr 2: w pomieszczeniu znajdują się trzy źródła zasilania w wodę po odwróconej osmozie spełniające wymagane parametry oraz trzy odpływy wody o średnicy 50 mm na wymaganej wysokości i dwa na wys. ok 50 cm; 10 gniazd zasilania prądem elektrycznym 230 V, 50Hz z uziemieniem.
- Dotyczy zadania nr 3: w pomieszczeniu znajdują się trzy źródła zasilania w wodę po odwróconej osmozie spełniające wymagane parametry oraz trzy odpływy wody o średnicy 50 mm na wymaganej wysokości i dwa na wys. ok 50 cm; 10 gniazd zasilania prądem elektrycznym 230 V, 50Hz z uziemieniem.
- Dotyczy zadania nr 4:
 - w jednym pomieszczeniu znajdują się jedno źródło zasilania w wodę po odwróconej osmozie spełniające wymagane parametry oraz 1 odpływ wody o średnicy 50 mm na wysokości ok 50 cm i jeden w posadzce; 7 gniazd zasilania prądem elektrycznym 230 V, 50Hz z uziemieniem;
 - w drugim pomieszczeniu znajdują się jedno źródło zasilania w wodę po odwróconej osmozie spełniające wymagane parametry oraz dwa odpływy wody o średnicy 50 mm na wys. ok 50 cm i jeden w posadzce; 17 gniazd zasilania prądem elektrycznym 230 V, 50Hz z uziemieniem.

Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dalej Zamawiający wyjaśnia, iż do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego podłączenia urządzeń w tym również dostosowanie odpowiednich instalacji tak, aby możliwe było prawidłowe uruchomienie urządzeń i ich praca (vide: rozdz. IV. Ust. 4 SIWZ, cyt.: Montaż obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca instalacji, rozpakowanie, rozmieszczenie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych testów, prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie urządzeń do użytku.)

Jeżeli Wykonawca zaoferuje urządzenie, dla prawidłowej pracy którego niewystarczające będą wyżej wymienione ilość i rodzaj instalacji, to oczywistym jest w świetle zapisów SIWZ, że za ich wykonanie odpowiedzialny będzie Wykonawca; koszty ewentualnych prac poniesie Wykonawca. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ ust. 6 cyt.: „**Cena brutto, winna zawierać wszystkie należności wynikające z należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności cenę netto dostarczanych urządzeń obejmującą także koszty opakowania, koszty montażu obejmującego dostarczenie sprzętu do miejsca instalacji, rozpakowanie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie i przekazanie do użytku odbiorcy, koszty przeglądu technicznego, aktualizacje oprogramowania przez okres trwania gwarancji (o ile dotyczy), podatek VAT.**”

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek