



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Umowa nr POPW.01.03.00-06-004/12-02

Tytuł projektu: **Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej**

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIwersYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

20-059 Lublin, Al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 448-52-01

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Kanclerz

tel. 48 (81) 448-52-00

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 448-52-00

Z-ca Kanclerza - Kwestor tel. 48 (81) 448-54-00

UM-ZP-262-64/15

Lublin, dnia 30.08 2015 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż lamp bakteriobójczych w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej; ogłoszenie o zamówieniu 2015/S 174-316296; data opublikowania: 09-09-2015.

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), odpowiada na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1

Załącznik 6 SIWZ:

Czy jako rozwiązanie równorzędne do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści lampy opisane w poniższej konfiguracji:

- Naukowo zweryfikowany system do dezynfekcji powietrza z wykorzystaniem technologii sterylizacji plazmowej.
- Sterylizatory eliminują z powietrza wirusy, bakterie, grzyby w formach wegetatywnych oraz przetrwalnikowych jak również eliminują nieprzyjemne zapachy.
- Działanie sterylizatorów oparte jest na wykorzystaniu plazmy nietermicznej, przy użyciu wyładowań elektrycznych z barierą dielektryczną w temperaturze pokojowej. Powietrze przepływające w polu elektromagnetycznym tworzy pole plazmy gdzie niszczone są wszelkie mikroorganizmy. Proces oczyszczania powietrza polega na wymuszonym przez wbudowany wentylator obiegu powietrza przez pole plazmy.
- Urządzenia dedykowane są do pracy ciągłej 24h/dobę, nie wymaga wymiany żadnych części zużywalnych (filtrów, katalizatorów itp.).
- Urządzenie gwarantują bezpieczeństwo pracy w obecności osób, sprzętów co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami
- Zużycie energii nie przekracza 25W
- Wydajność w zależności od modelu :
 - Model I – 50m3/h do pomieszczeń powierzchni do 20m2
 - Model II – 260m3/h do pomieszczeń powierzchni do 50m2
- Urządzenia mogą być wolnostojące jak również montowane na ścianie.
- Wymiary urządzeń w cm:
 - Model I – 29,2x12,7x10,2 waga 3,4 kg
 - Model II – 36,5x36,5x11,5, waga 4,5 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (wg. Załącznika nr 6 do SIWZ) w poz. 20 oraz w poz. 37 wymagał aby lampy bakteriobójcze były wyposażone w cyt.: „(...) zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania (dezynfekcja całego pomieszczenia, kiedy personel przebywa poza pomieszczeniem) (...)”, co zapewni możliwość dezynfekcji powierzchniowej, a nie jedynie dezynfekcję powietrza przepływającego przez lampy.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Abramek