

Lublin, 08.07.2025 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania na dostawę i montaż termocyklera (opartego na elementach Peltiera) umożliwiającego wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.) w ramach przedsięwzięcia pn. „Test do wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej bazujący na predykcyjnych biomarkerach molekularnych” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego elementem Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (numer sprawy DLG-A 6603410)

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, odpowiada na następujące pytania:

Treść pytania 1:

Pytanie dotyczy zapisu §4 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410):

Zamawiający zapisał:

“- pełnej instrukcji obsługi w języku polskim oraz angielskim”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

“- pełnej instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim”

Producent którego reprezentujemy, zapewnia instrukcję obsługi wyłącznie w języku angielskim. Przedmiotem postępowania jest aparatura służąca do wyłącznie do badań naukowych.

Tłumaczenie instrukcji na potrzeby niniejszego postępowania wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowe brzmienie zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410) w następującym kształcie:

„5. Najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- dokumentu gwarancyjnego oraz dokumentu określającego warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy,
- pełnej instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim,
- dokumentu potwierdzającego zgodność wykonania przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci energetycznej / jeśli dotyczy
- paszportu technicznego urządzenia z wyszczególnionymi elementami wchodzącymi w skład przedmiotu umowy.”

Treść pytania 2:

Pytanie dotyczy zapisu §7 ust. 2 ppkt. 2.2 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410):

Zamawiający zapisał:

„podejmie czynność naprawy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wady pocztą elektroniczną;”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„podejmie czynność naprawy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady pocztą elektroniczną;”

Producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu zapewnia reakcję serwisu na zgłoszenie do 3 dni roboczych. Aby móc spełnić postawione przez Zamawiającego kryterium, musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić koszt dodatkowego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowe brzmienie zapisu §7 ust. 2 ppkt. 2.2 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410) w następującym kształcie:

„2. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca:

- 2.1. usunie niezwłocznie wszelkie wady we własnym zakresie;
- 2.2. podejmie czynność naprawy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady pocztą elektroniczną;
- 2.3. zobowiązuje się utrzymać w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy;
- 2.4. przeprowadzić niezbędne regulacje, kalibracje i naprawy utrzymujące elementy wchodzących w skład urządzeń w stanie prawidłowej pracy, potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego przedmiotu umowy;”

Treść pytania 3:

Pytanie dotyczy zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410):

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną), przy czym w sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, na wniosek Wykonawcy, wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania, co nie zwalnia Zamawiającego od możliwości naliczenia kary za niedotrzymanie terminu naprawy;”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie nie dłuższym niż do 21 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną), przy czym w sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, na wniosek

Wykonawcy, wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania, co nie zwalnia Zamawiającego od możliwości naliczenia kary za niedotrzymanie terminu naprawy;"

Producent którego reprezentujemy, w cenie sprzętu zapewnia naprawę w ramach gwarancji w ciągu 21 dni roboczych. Zapisany warunek jest charakterystyczny dla aparatury medycznej, którego koszt jest dużo wyższy niż w przypadku aparatury służącej do badań naukowych, tak jak mamy do czynienia w tym przypadku.

Aby móc spełnić postawione przez Zamawiającego kryterium, musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowe brzmienie zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410) w następującym kształcie:

„3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie nie dłuższym niż do 21 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną), przy czym w sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, na wniosek Wykonawcy, wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania, co nie zwalnia Zamawiającego od możliwości naliczenia kary za niedotrzymanie terminu naprawy”.

Treść pytania 4:

Pytanie dotyczy zapisu §7 ust. 14 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410):

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do 5 lat po zakończeniu okresu gwarancji”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy, gwarantuje części zamienne do sprzedawanych sprzętów przez okres do 5 lat.

Rozwój technologiczny dzieje się tak szybko, że obecne, awangardowe rozwiązania, w ciągu następnych lat wyjdą z użycia i będą technologiami przestarzałymi.

Wymusza to na producentach stałą aktualizację oferty

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nowe brzmienie zapisu §7 ust. 14 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do sprawy DLG-A 6603410) w następującym kształcie:
„14. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do 5 lat po zakończeniu okresu gwarancji.”

Pozostałe warunki i zapisy Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Poniżej opublikowany zostaje zmieniony Załącznik nr 4 - Wzór umowy do sprawy DLG-A 6603410

Uwaga: Niniejsza Odpowiedź na pytania Wykonawców stanowi integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawę i montaż termocyklera (opartego na elementach Peltiera) umożliwiającego wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.) w ramach przedsięwzięcia pn. „Test do wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej bazujący na predykcyjnych biomarkerach molekularnych” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego elementem Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (numer sprawy DLG-A 6603410)

Kancierz
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kamila Melnik
/dokument podpisany elektronicznie/