



Tytuł projektu: „Urządzenie do ciągłego preparatywnego rozdzielania mieszanin substancji techniką ortogonalnej elektrochromatografii wysokociśnieniowej” akronimie „OHPEC” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „TANGO 2”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

DAN/771-43/2019

Lublin, 19-09-2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy zamówienia na dostawę rurki precyzyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej (nr sprawy DAN 954-I/2019), data zamieszczenia: 13-09-2019

Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, odpowiada na następujące zapytanie:

Treść pytania:

Pytanie dotyczy pkt. 2 (Opis przedmiotu zamówienia) Zapytania ofertowego do sprawy nr DAN 954-I/2019

Który z możliwych do wykonania przez nas wymiarów jest najwłaściwszy do złożenia oferty? Możemy zaproponować następujące wymiary rurek ciągnionych bez szwu w gat. 1.4541 (321):

Fi zewn. 3,25 x grubość ścianki 0,7 – średnica wewnętrzna wynikowa = 1,85mm ...

Fi zewn. 3,5 x grubość ścianki 0,1 – średnica wewnętrzna wynikowa = 1,5 mm ...

Lub po wykonania dodatkowego oprzyrządowania – ciągadła

Fi zewn. 3,72 x grubość ścianki 1,0 – średnica wewnętrzna wynikowa = 1,72mm...

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje pkt. 2 (Opis przedmiotu zamówienia) Zapytania ofertowego sprawy nr DAN 954-I/2019, który otrzymuje brzmienie jak poniżej:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa rurki precyzyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej, spełniającej co najmniej następujące kryteria:

- całkowita długość rurki 2 metry, w dwóch kawałkach – każdy o długości 1 m,
- rurka o średnicy zewnętrznej 3.18 – 4.00 mm, grubość ścianek 0.68 – 1.15 mm i średnicy wewnętrznej otworu 1.7 – 1.8 mm. Preferowana przez Zamawiającego, ze względu na pełne dopasowanie do posiadanych elementów zestawu, jest rurka o średnicy 3.72 mm, grubości ścianek 1mm i średnicy wewnętrznej otworu 1.72 mm,

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji pkt. 2 (Opis przedmiotu zamówienia) Zapytania do ofertowego do sprawy DAN 954-I/2019, przedłuża termin składania ofert. Pkt. 12 (Miejsce, sposób oraz termin składania ofert) Zapytania ofertowego do sprawy DAN 954-I/2019, otrzymuje brzmienie:

12. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data publikacji ogłoszenia: 13.09.2019r.

Termin składania ofert: 25.09.2019 r.

Sposób i miejsce składania ofert:

Wypełniony zgodnie ze wzorem, opatrzony datą sporządzenia oraz własnoręcznie podpisany Formularz oferty – Załącznik nr 1 – należy złożyć w wymaganym terminie:

- osobiście lub za pośrednictwem poczty we wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Raławickie 1, 20-059 Lublin)

lub

-w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu na adres:
joanna.kapron@umlub.pl

Kopertę lub tytuł wiadomości elektronicznej proszę opisać: **Oferta – postępowanie DAN 954-I/2019.**

Oferent może złożyć jedną ofertę.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego do sprawy nr DAN 954-I/2019 pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Małgorzata Łobodzińska